



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21565173 din 16.03.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2					
Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușa	AWD 655-8L with Drying system	Italia AT-OS	Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 150 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ\text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea	Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil DA Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu DA, pag.2 „AT-OS” Volumul camerei ≥ 150 L DA, 165L pag 8 „DataSheet” Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 DA, pag.3 „AT-OS” Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L DA, pag.3 „AT-OS” Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu DA, pag.2 „AT-OS” Pompa de apă, internă obligatoriu DA, pag.6 „Service Manual” Pompa de aer, internă obligatoriu DA, pag.2 Washer disinfectant with drying system – “DataSheet” Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ\text{C}$ obligatoriu	DM000376774

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale	DA, pag.5 „AT-OS” Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu DA, pag. 5 „AT-OS” Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu DA, pag. 7 „Brochure AT-OS” Numărul de uși 1 unitate DA, pag.12 „Brochure AT-OS” Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu DA, pag.12 „Brochure AT-OS” Iluminare internă a camerei obligatoriu DA, pag. 7 „DataSheet” Programe de dezinfecție implicite Min. 10 DA, pag.2 „Programe AT-OS” Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 DA, 40 programe pag.5 „AT-OS”, pag. 6 „Brochure AT-OS” Ecran LCD, color obligatoriu DA, pag.2 „AT-OS” Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu DA, pag.16 „Service Manual” Limbajul interfeței și meniului română / rusă DA, Multilanguage Software 1 - pag.3 „DataSheet” Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu DA, pag.6 „Service Manual” Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu DA, pag.6 „Service Manual” Imprimantă termică, integrată obligatoriu DA, pag. 4 „AT-OS” Temperatura de uscare ≥ 125 grade DA, pag.8 „Service Manual” Filtrarea aerului HEPA filtru DA, pag. 4 „AT-OS” Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu DA, pag.21 „User Manual” Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu DA, ‘Dosing Pumps’ pag.5 „DataSheet” Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 2 unități DA, pag.16 „User Manual”	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergenti, (dezinfecant) volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 5 buc Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 3 buc	Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu DA, pag. 4 „AT-OS” Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu DA, pag.5 „DataSheet” Alarmer sonore și vizuale DA, pag.6/16 „Service Manual” Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu DA, pag.6/16 „Service Manual” Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu DA, pag.6 „Service Manual” Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz DA, pag. 4 „Datasheet” Accesorii și consumabile: Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului DA, cod TH148+TH151 Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului DA, cod A002 1/IDIN Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului DA, cod CK9-40 Detergenti, (dezinfecant) volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 5 buc DA, cod TFD75LT Neutralizator (clătitor), volum min. 5L, prezentarea instrucțiunii în limba română (să se indice modelul și producătorul) 3 buc DA, cod PHOSPHAX 5LT	
Lot 3					
Autoclav	ADELA-3Y	Turcia SUMER	1 CAPACITATE Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală 85l (+/-5L) 2 CADRU, CORP ușa cu balamale/ cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușă manuală da Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L da Dispozitivul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop). da	1 CAPACITATE Volumul camerei, orizontal, cu încărcare frontală 85l (+/-5L)v DA, 90L pag.2,,U.Manual” 2 CADRU, CORP ușa cu balamale/ cu închidere automată / cu închidere verticală glisantă / ușă manuală da DA, pag.18 „U.Manual” Cameră din oțel inoxidabil AISI 316L da DA, AISI 316L pag.3 „DataSheet”	DM000835026

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Exterior din oțel inox da Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da Garnituri de rezervă pentru ușa Minim 2 Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului da Tipul camerei de sterilizare - rotundă da Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA da Imprimantă termică încorporată da Hârtie pentru imprimantă minim 20 rulouri 3 GENERATOR DE ABURI Generator electric de abur încorporat. Sterilizatorul are un generator de abur încorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de căldură. da Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit da Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. da Control al nivelului apei în generator Camăra generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da 4 CICLU Regimuri prestabilite de sterilizare ≥5 programe Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick da Control electronic: microprocesor da Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării da Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată da Afișarea graficului de sterilizare pe ecran da	Dispozitivul poate fi ca versiune independentă sau de masă (desktop). Da DA, pag.2 „DataSheet” Exterior din oțel inox da DA, pag.3 „DataSheet” Etanșarea ușii trebuie asigurată de garnitură din silicon da DA, pag.22 „U.Manual” Garnituri de rezervă pentru ușa Minim 2 DA, Inclus in oferta Ușa trebuie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni rănirea utilizatorului da DA, pag.21„U.Manual” Tipul camerei de sterilizare - rotundă da DA, rotunda pag.2 „DataSheet” Egalizarea presiunii in camera de sterilizare asigurată de filtru HEPA da DA, pag.21„U.Manual” Imprimantă termică încorporată da DA, pag.20„U.Manual” Hârtie pentru imprimantă minim 20 rulouri DA, 20 rulouri incluse in oferta 3 GENERATOR DE ABURI Generator electric de abur încorporat. Sterilizatorul are un generator de abur încorporat complet automat, cu elemente electrice ca sursă de căldură. Da DA, pag.21„U.Manual” Încălzitoare interioare cu control separat și siguranță la scurtcircuit da DA, pag.21„U.Manual” Protecție la supraîncălzire. Această protecție previne supraîncălzirea generatorului de abur dacă protecția împotriva fierberii uscate nu funcționează. Da DA, pag.22 „U.Manual” Control al nivelului apei în generator DA, pag.21 „U.Manual” Camăra generatorului din oțel inoxidabil AISI 316L da DA, pag.33 „U.Manual” 4 CICLU Regimuri prestabilite de sterilizare ≥5 programe „Declaratie Producator” Regimuri de sterilizare care pot fi programate de utilizator ≥5 programe „Declaratie Producator” Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da DA, pag.21 „U.Manual” Teste acceptate: test de vacuum (scurgere) și test Bowie-Dick da	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Gama de temperatură: 121 -134 grade C da La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). da 5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da Alarmer: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare da Camera va menține o presiune ≥ 3 bar, echipată cu supapă de siguranță da Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare da Buton de urgență da Supapă de siguranță pentru presiune excesivă în camera de sterilizare Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare da 6 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220V monofazat, 50Hz Putere de consum ≤ 8 kW da 7 Caracteristici electronice Panou cu ecran multicolor de minim 4 inch da Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri da	DA, pag.21 „U.Manual” Control electronic: microprocesor da DA, pag.2 „DataSheet” Monitorizare digitală: temperatura camerei, presiunea camerei, timp, starea sterilizării da DA, pag.2 „DataSheet” Echipat cu pompă de vacuum pe baza de apă, integrată da DA, pag.3 „DataSheet” Afișarea graficului de sterilizare pe ecran da DA, pag.2 „DataSheet” Gama de temperatură: 121 -134 grade C da DA, 115-134 pag.3 „DataSheet” La sfârșitul ciclului de sterilizare trebuie să imprime un raport pe hârtie (stocarea paralelă a datelor în memorie). Da DA, pag.20 „U.Manual” 5 SIGURANȚĂ Protecție împotriva temperaturii excesive da DA, pag.21 „U.Manual” Alarmer: temperatură scăzută, eșec ciclu de sterilizare da DA, pag.21 „U.Manual” Camera va menține o presiune ≥ 3 bar, echipată cu supapă de siguranță da DA, pag.21 „U.Manual” Ușile trebuie să fie izolate termic pentru a preveni ca temperatura suprafeței să prezinte un potențial pericol pentru operatori da DA, pag.21 „U.Manual” Sistemele de filtrare asigură decontaminarea aerului la intrarea în camera de sterilizare da DA, pag.21 „U.Manual” Buton de urgență da DA, pag.24 „U.Manual” Supapă de siguranță pentru presiune excesivă în camera de sterilizare DA, pag.33 „U.Manual” Sistem de protecție la deschiderea ușii în caz de presiune în camera de sterilizare da DA, pag.21 „U.Manual” 6 CARACTERISTICI ELECTRICE 380V, 50 Hz, 3 faze sau 220V monofazat, 50Hz DA, configurabil 380 V, 50 Hz 3 faze pag.2 „DataSheet” Putere de consum ≤ 8 kW da DA, 7kW pag.22 „U.Manual” 7 Caracteristici electronice	
--	--	--	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Panou cu ecran multicolor de minim 4 inch da DA, 4.3" pag.2,,DataSheet" Memorie internă pentru stocarea a minim 500 de cicluri da DA, 500 pag.2,,DataSheet"	
Lot 5					
Monitor pacient mobil cu troliu	PAVO	Germania Axcent	Monitor pacient mobil cu troliu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe troliu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO ₂ (saturația de oxigen); NIBP (tensiune arterială non-invazivă); ECG (minim 3 derivații); temperatură corporală. Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. Alarmer: vizuale și sonore pentru valori critice. Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore. Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. Troliu mobil Structură: metal vopsit sau inox medical. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii.	Monitor pacient mobil cu troliu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe troliu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO ₂ (saturația de oxigen); DA, pag.2 „Brosura Axcent” NIBP (tensiune arterială non-invazivă); DA, pag.2 „Brosura Axcent” ECG (minim 3 derivații); DA, pag.2 „Brosura Axcent” temperatură corporală. DA, pag.2 „Brosura Axcent” Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. DA, 8 inch pag.2 „Brosura Axcent” Alarmer: vizuale și sonore pentru valori critice. DA Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore. DA, 48 ore pag.2 „Brosura Axcent” Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. DA, pag.3 „Brosura Axcent” Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. DA Troliu mobil DA, pag.3 „Brosura Axcent” Structură: metal vopsit sau inox medical. DA, pag.3 „Brosura Axcent” Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. DA Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. DA Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii.	DM000373435

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.	Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. DA, incluse în oferta Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. DA Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore. DA	
Lot 12					
Spirometru pentru PC	MiniSpir	Italia MIR S.R.L.	Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da Gama de volum De la 0,025 până la 8 L Eroare de volum ±3% Gama de flux Până la 16 l/s Eroare de flux ±5% Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu Parametrii măsurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf Elaborare și printare raport obligatoriu Interfața PC USB/RS 232 Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți	Parametri tehnici Specificația Dispozitiv pentru spirometrie în combinație cu software ce efectuează rapid teste noninvazive a funcției pulmonare. Da Dispozitivul va funcționa cu PC din dotarea instituției Da DA, pag.15 „U.Man” Gama de volum De la 0,025 până la 8 L DA, 10L pag.11 „U.Man” Eroare de volum ±3% DA, ±2.5% pag.11 „U.Man” Gama de flux Până la 16 l/s DA, 16L pag.11 „U.Man” Eroare de flux ±5% DA, ±5% pag.11 „U.Man” Memorizarea tuturor testelor efectuate obligatoriu DA, software Parametrii măsurați FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3,FEV6,PEF, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, PIF, SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC, MVV, MVVf, MRf DA, pag.10/11 „U.Man” Elaborare și printare raport obligatoriu DA, pag.10 „U.Man” Interfața PC USB/RS 232 DA, pag.11 „U.Man” Soft licențiat pe perioadă nelimitată, inclus pentru procesarea datelor măsurate obligatoriu DA, pag.10 „U.Man” Să fie inclus toate consumabilele necesare pentru 200 investigații filtre antibacteriale cu muștucuri de unica folosință sau turbine cu muștucuri de unică utilizare DA, Incluse în oferta Piese bucale cu senzor integrat, reutilizabile Minim 5 bucăți DA, Incluse	DM000323219

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare obligatoriu	in oferta Seringa de calibrare / sau altă metodă de calibrare obligatoriu DA, Include in oferta	
Lot 15					
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	U0002	Turcia IHC MEDIKAL A.S.	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roțile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții DA, „U0002” Tip pacient adult DA, „U0002” Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA, „U0002” Funcționalități: poziționare sedentară DA, „U0002” poziționare Trendelenburg DA, „U0002” poziționare anti-Trendelenburg DA, „U0002” Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu DA, „U0002” Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg DA, 230kg „U0002” Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm DA, „U0002” Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm DA, 12.5 cm „U0002” Sistem de blocare la minim 2 roțile DA, sistem de blocare la toate roțile „U0002” Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA, „U0002” Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm DA, 43 x 43 cm „U0002” Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA, funcție manuala „U0002” Alimentare 220 V, 50 Hz DA, „U0002” Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit +accesorii inclusă DA, inclusa in oferta „U0002”	DM000568666

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Lot 23					
Dispozitiv de sigilare mecanic	SAGITTARIUM	Italia Guarisco Medical SRL	Descriere: Dispozitivul este destinat sigilării rolor și pungilor pentru sterilizare utilizate în autoclave, asigurând o închidere etanșă și sigură a ambalajelor pentru instrumentar medical. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100W$ Încărcare: laterală Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare. Temperatura de sigilare 160 - 200°C Lățime de sigilare minimă: 10 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm Suport pentru role, integrat sau separat obligatoriu Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu Alimentare: 220V, 50Hz Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc. Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc. Logistică: Transportare la locul solicitat obligatoriu Instalare obligatoriu Testare obligatoriu Cerințe față de producător și furnizor: Garanție Minimum 2 ani Training pentru personalul medical: Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea.	Descriere: Dispozitivul este destinat sigilării rolor și pungilor pentru sterilizare utilizate în autoclave, asigurând o închidere etanșă și sigură a ambalajelor pentru instrumentar medical. Parametrul Specificația Putere: $\geq 100W$ DA, 500W pag.6 „Sagittarium manual” Încărcare: laterală DA, pag.7 „Sagittarium manual” Mod de sigilare: Tragerea manuală a pachetului pe linia de sigilare. DA, pag.9 „Sagittarium manual” Temperatura de sigilare 160 - 200°C DA, 200°C pag.6 „Sagittarium manual” Lățime de sigilare minimă: 10 mm Lungime maxima de sigilare: minim 25 cm DA, 32cm pag.6 „Sagittarium manual” Suport pentru role, integrat sau separat obligat ori DA, integrat pag.11 „Sagittarium manual” Cuțit de tăiere, integrat cu posibilitatea de înlocuire a lamelor obligatoriu DA, pag.11 „Sagittarium manual” Alimentare: 220V, 50Hz DA, 230 V (cu posibilitate de configurare la 220V) pag.6 „Sagittarium manual” Consumabile și accesorii: Rolă 5 cm x 200 m 3 Buc. DA, inclus in oferta „Rolls” Rolă 7.5 cm x 200 m 3 Buc. DA, inclus in oferta „Rolls” Rolă 15 cm x 200 m 3 Buc. DA, inclus in oferta „Rolls” Logistică: Transportare la locul solicitat obligatoriu DA Instalare obligatoriu DA Testare obligatoriu DA Cerințe față de producător și furnizor: Garanție Minimum 2 ani DA	Declarație de conformitate

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				Training pentru personalul medical: DA Pregătirea de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținerea. DA	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii de pret

Numarul procedurii de achizitie: 21565173 din 16.03.2026
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	2	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 150L cu o ușă	Buc.	1	320.000,00	384.000,00	320.000,00	384.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	3	Autoclav	Buc.	1	310.000,00	372.000,00	310.000,00	372.000,00		
	5	Monitor pacient mobil cu trolu	Buc.	1	22.500,00	27.000,00	22.500,00	27.000,00		
	12	Spirometru pentru PC	Buc.	1	55.000,00	66.000,00	55.000,00	66.000,00		
	15	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Buc.	60	20.500,00	24.600,00	1.230.000,00	1.476.000,00		
	23	Dispozitiv de sigilare mecanic	Buc.	10	9.900,00	11.880,00	99.000,00	118.800,00		
TOTAL							2.036.500,00	2.443.800,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.