

SPECIFICAȚII TEHNICE

IMSP Centrul de Sănătate Dondușeni

Numărul achiziției comerciale: 21051093, ocds-b3wdp1-MD-1643795342679							Data: 15.02.2022	Alternativa nr
Denumirea obiectului achiziției: Reactivi și consumabile de laborator pentru anul 2022							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8

Reactivi și consumabile p/u Gellscan 18.

1	33100000-1	Soluție de spălare	Abaclean	Ungaria	Diagon	Fl. 5 l p/u analizator hematologic Gellscan 18	Soluție pentru spălare pentru analizorul GellScan 18, amb. 5L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Lizer	Abalyse	Ungaria	Diagon	Fl. Cu volum 1 l p/u analizator hematologic Gellscan 18	Soluție pentru lizare pentru analizorul GellScan 18 (Lyzer), amb. 1L. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactivi și consumabile pentru Reader 300, sistem închis.

1	33100000-1	Teste p/u urină 11 indice	DAC-11	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 100 teste	Teste pentru determinarea rapidă a 11 parametri în urină la aparatul Reader 300. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Teste p/u urină 3 indice (pH,glucoza,proteine)	DAC-3	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 100 teste	Teste pentru determinarea rapidă a 3 parametri (pH, glucoza, proteine) în urină la aparatul Reader 300. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Material de control p/u urină cu 2 nivele cunoscute (glucoza,proteine)	Uri-Control-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 16 ml, p/u Reader 300 tip închis	Material de control (proteină, glucoză în urină) cu 2 nivele cunoscute (2fl x 8ml). Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Hârtie termo L 5 cm	Printer Paper CR300_CS	Corea	DFI	p/u Reader 300 tip închis	Hârtie termo L 5cm, pentru printer la aparatul Reader 300. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactivi și consumabile compatibile p/u Coatron M1.

1	33100000-1	Plasma de control 4 parametri patologice	Control Plasma L2	Moldova	Dac-SpectroMed	Fl 1 ml p/u cuagulometru Coatron M1	Plasma de control cu 4 parametri, patologică (2ml), compatibil cu cuagulometrul Coatron M1. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Plasma de control 4 parametri normal	Control Plasma L1	Moldova	Dac-SpectroMed	Fl 1 ml p/u cuagulometru Coatron M1	Plasma de control cu 4 parametri, normală (2ml), compatibil cu cuagulometrul Coatron M1. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Set p/u determinarea timpului de protombină, lichid, ISI=1,19	Prothrombin-DAC.Lq ISI	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 4flx5ml p/u cuagulometru Coatron M1	Set pentru determinarea timpului de protombină, cu ISI 1.19 set 4fl x 5ml, compatibil cu cuagulometrul Coatron M1. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Set p/u determinarea fibrinogenului în sânge, uscat	Fibrinogen-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 6flx3ml+diluent 1flx18ml p/u cuagulometru Coatron M1	Set pentru determinarea fibrinogenului în sânge prin metoda Clauss (6fl x 3ml + diluent 1fl x 15ml), compatibil cu cuagulometrul Coatron M1. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33100000-1	Cuvă p/u cuagulometru	colorimetric cup German TECO	China	Dong	Set 1000 buc p/u cuagulometru Coatron M1	Set de cuve (100buc) compatibile cu cuagulometrul Coatron M1. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Reactive pentru analizatorul hematologic Binespera 3p, sistem închis.

1	33100000-1	Diluent	Diaton-Erma	Ungaria	Diagon	Fl. 20 l	Soluție pentru diluare, amb. 20L. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
2	33100000-1	Soluție pentru lizare	Dialyse Erma CF	Ungaria	Diagon	Fl. 0,5 l	Soluție pentru lizare, amb. 500ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
3	33100000-1	Soluție de spălare	Dia-Cleaner	Ungaria	Diagon	Fl.900 ml	Soluție pentru spălare. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
4	33100000-1	Soluție concentrată de hipohlorid 0,5%	Diaclean Cell	Ungaria	Diagon	Fl. 1 l	Soluție concentrată de Hipohlorid, 0,5%. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
5	33100000-1	Material de control L,N,H 8 parametri	D-Check 18Low, Normal, High	Ungaria	Diagon		Material de control hematologic, 3 nivele - L, N, H cu 18 parametri. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

9	33100000-1	Depistarea helicobacter pylori în mase fecale	HP-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Test-cartridj	Test expres pentru depistarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale, ambalat individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
10	33100000-1	Teste p/u determinarea sângelui occult în mase fecale	FOB-F-Strip-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed		Expres teste pentru determinarea sângelui occult în mase fecale, în ambalaj individual. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
14	33100000-1	Set p/u determinarea hemoglobinei în sânge, metoda Hemoglobincianidă	Hb Chr - DAC. Lq	Moldova	Dac-SpectroMed	Set: 3 fiolex0,5 ml acetonicianhidrin+3p.cu reagent transformic+standard	Set pentru determinarea fotocolorimetrică a hemoglobinei în sânge. Reagent concentrat (1:100) 3fl x 10ml = 3000ml reagent de lucru cu standard inclus în set. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
15	33100000-1	Reactive p/u RPR carbon cu control + și -	RPR-CARBON-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Set 1 ml	RPR-Carbon cu control - și +, set 1ml. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 15.02.2022

Valabilitatea ofertei - 30 zile.