

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1609761238569 din 09.02.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Servicii de mentenanță externă a dispozitivelor medicale pentru anul 2021

Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea utilajului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
9	33190 000-8	MAMMOSCA N R/D Raze X Mamografie mobila 2018	Rep.Belarus	Adani	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Conform cerințelor
10	33190 000-8	MAMMOSCA N R/D Raze X Mamografie mobila 2018	Rep.Belarus	Adani	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Conform cerințelor
11	33190 000-8	MAMMOSCA N R/D Raze X Mamografie mobila 2018	Rep.Belarus	Adani	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului. În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.	Conform cerințelor

Numele, Prenumele: **Octavian SAVCA**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: **Vipromed Service SRL**

Adresa: **mun.Chișinău, str. Andrei Doga 45/2**