

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de ocds-b3wdp1-MD-1646231652006 din 07.03.2022

Obiectul de achiziție: Deservirea și reparația utilajului medical 2022

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lotul 1. Servicii de reparare și întreținere a instalațiilor stomatologice	-	-	-	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	ISO
Lotul 2. Servicii de mentenanță preventivă și corectivă a ortopantomografului	-	-	-	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	ISO
Lotul 4. Servicii de reparare și întreținere a dispozitivelor de sterilizare (autoclave, dulapri de sterilizare)	-	-	-	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	Lucrări de complicație joasă : mentenanța periodică, mentenanța corectivă, preventivă și reparații curente a dispozitivelor menționate - Lucrări de complicație înaltă: reparații cu schimbarea pachetelor electrice, circuitelor și pieselor cu reglarea în ansamblu - Montarea consumabilelor și pieselor de schimb, ajustarea; - Lucrări de profilaxie, conform manualelor tehnice ale dispozitivelor medicale; - Verificarea parametrilor conform manualului tehnic - Garanția lucrărilor executate va fi cel puțin 6 luni din data efectuării - Înlăturarea defecțiunilor tehnice max – 1-3 zile lucrătoare. - Timpul de reacție – 1 ora telefon și 24 ore la sediul Întreprinderii (inclusiv filialele)	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa: _____