

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1715166014044 / 21224542 din: 19.05.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Veselă de Laborator, utilaj și consumabile pentru laboratoarele LIPA din subdiviziuni (or. Bălți și or. Dondușeni)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
38	Analizor pentru activitatea apei (Aw)	LabMaster-aw neo	Elveția	Novasina AG	Activitatea apei Domeniu: min 0.030–1.000 w Rezoluție: ≥ 0.0001 w Acuratete: ± 0.003 (WA-IR dew point) ± 0.015 (WA-DP capacitance) Repetabilitate: ≥ 0.001 w Temperatura Domeniu: 15-50 °C Rezoluție: ≥ 0.01 °C Acuratete: ± 0.2 °C Specificatii tehnice-Timpul de citire:aprox.5 min Capacitate recipient de proba:≥ 7.5 mL/recomandat 15 mL Sample cup capacity: ≥ 14 mL Conditii de operate: temperatura 4°C .. 50°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Optional Accessories Plita electrica cu placa pentru echilibrarea temperaturii, Filtre,Imprimanta seriala,Geanta de transport,Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 Certificate ISO 9001:2015 Certificat EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) - Certificat de garantie si post garantie	Activitatea apei Domeniu: min 0.030–1.000 w Rezoluție: ≥ 0.0001 w Acuratete: ± 0.003 (WA-IR dew point) ± 0.015 (WA-DP capacitance) Repetabilitate: ≥ 0.001 w Temperatura Domeniu: 15-50 °C Rezoluție: ≥ 0.01 °C Acuratete: ± 0.2 °C Specificatii tehnice-Timpul de citire:aprox.5 min Capacitate recipient de proba:≥ 7.5 mL/recomandat 15 mL Sample cup capacity: ≥ 14 mL Conditii de operate: temperatura 4°C .. 50°C / RH 0% .. 90% fara condens Alimentare:110–220 VAC 50/60 Hz Optional Accessories Plita electrica cu placa pentru echilibrarea temperaturii, Filtre,Imprimanta seriala,Geanta de transport,Solutii standarde de verificare, Solutii de curatare Cuve de unica folosinta de 15 ml/set de 100 sau 500 Certificate ISO 9001:2015 Certificat EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) - Certificat de garantie si post garantie	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4