

Destinatari:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IP UCIMP DS
Chicu Cristina Telefonul de contact +37369224911E-mail cgorincioi@ucimp.md
ocds-b3wdp1-MD-1781696766371 din 01.07.2026

Anexa nr. 22 - Specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	0	Autoclave verticale, volum 90-110 litri	BKQ-L100	China	Biobase Disinfection (Shandong) Co., Ltd	<p>Autoclav cu abur saturat, cameră verticală, volum util aproximativ 90-110 L, destinat sterilizării materialelor și deșeurilor biologice în laboratorul microbiologic</p> <p>Cameră de sterilizare din oțel inoxidabil AISI 304 sau 316L. Volum util: 90-110 L. Cameră verticală (top-loading) Capac cu sistem de blocare mecanică și blocare automată la presiune >0 Coșuri din inox include: minimum 2 bucăți Carcasă izolată termic</p> <p>Imprimantă termică integrată Alimentarea cu apă: Apa purificată/distilată se toarnă manual direct în camera de sterilizare. Evacuarea apei: prin deschiderea robinetului (valvei) de scurgere după finalizarea ciclului de sterilizare. 1. Parametri de sterilizare Interval temperatură: 105-134°C Presiune de lucru: 0.8-2.3 bar Program 121°C / 20-30 min pentru materiale contaminate și micobacterii Program 134°C / 3-5 min pentru instrumentar Program pentru lichide cu control al presiunii Program personalizabil (timp + temperatură) Control automat al temperaturii și presiunii cu senzori independenți Afișare în timp real a parametrilor ciclului: temperatură, presiune, timp, fază. 2. Sistem de control Control prin microprocesor Afișaj LCD/LED</p> <p>Minimum 5 programe presetate + programe ajustabile Port USB sau RS232 pentru export date (optional) Funcție de autodiagnosticare și afișare coduri de eroare 3. Siguranța Supapă de siguranță</p> <p>Protecție la suprapresiune Protecție la supraîncălzire</p> <p>Protecție la lipsa apei Oprire automată în caz de eroare Blocare capac la presiune >0 bar</p> <p>4.Documentație obligatorie Certificat CE</p> <p>ISO 13485 sau echivalent Declarație de conformitate</p> <p>Manual de utilizare în română sau engleză</p> <p>Certificat de testare presiune Schema electrică</p> <p>Garanție minim 12 luni (preferabil 24 luni)</p> <p>Service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv post-garanție</p>	<p>Autoclav cu abur saturat, cameră verticală, volum util aprox 90-110 L, destinat sterilizării materialelor și deșeurilor biologice în laboratorul microbiologic</p> <p>Cameră de sterilizare din oțel inoxidabil AISI 304</p> <p>Volum util:100L Cameră verticală (top-loading)</p> <p>Capac cu sistem de blocare mecanică și blocare automată la presiune >0 Coșuri din inox include: 2 bucăți Carcasă izolată termic Imprimantă termică integrată</p> <p>Alimentarea cu apă: Apa purificată/distilată se toarnă manual direct în camera de sterilizare. Evacuarea apei: prin deschiderea robinetului (valvei) de scurgere după finalizarea ciclului de sterilizare. 1. Parametri de sterilizare Interval temperatură: 40-138°C</p> <p>Presiune de lucru: 0.8-2.3 bar (0,23 MPa) Program 121°C / 20-30 min pentru materiale contaminate și micobacterii</p> <p>Program 134°C / 3-5 min pentru instrumentar</p> <p>Program pentru lichide cu control al presiunii</p> <p>Program personalizabil (timp + temperatură)</p> <p>Control automat al temperaturii și presiunii cu senzori independenți(mobile temperature sensor)</p> <p>Afișare în timp real a parametrilor ciclului: temperatură, presiune, timp, fază. 2.Sistem de control Control prin microprocesor</p> <p>Afișaj LCD Minimum 5 programe presetate + programe ajustabile Port USB pentru export date standard Funcție de autodiagnosticare și afișare coduri de eroare 3.Siguranța Supapă de siguranță</p> <p>Protecție la suprapresiune Protecție la supraîncălzire</p> <p>Protecție la lipsa apei Oprire automată în caz de eroare Blocare capac la presiune >0 bar 4.Documentație obligatorie Certificat CE ISO 13485 sau echivalent Declarație de conformitate Manual de utilizare în română sau engleză Certificat de testare presiune Schema electrică</p> <p>Garanție 18 luni Service autorizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv post-garanție</p>	ISO, CE Marca

Anexa nr. 23 - Specificații de preț

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	Autoclave verticale, volum 90-110 litri	buc	5	87.777,0000	87.777,0000	438.885,00	438.885,00	60 zile calendaristice
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							438.885,00	438.885,00	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 45 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- CertIFICATELE DE CALITATE ALE PRODUSELOR CHIMICE DE LA PRODUCĂTOR VOR FI PREZENTATE LA DATA LIVRĂRII MĂRFII.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumneavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu