

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : **ocds-b3wdp1-MD-1634803458965**

Denumirea procedurii de achiziție: COP **Echipament fizioterapeutic**

Autoritatea contractanta : **IMSP Spitalul Raional Ialoveni**

Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de
1	Aparat pentru magnetoterapie (de frecvență joasă) staționar	Almag-02(var.2)	Rusia	Elamed	Dispozitivul include trei tipuri de emitoare (emitor principal, o linie de emisie flexibilă separată, emitor local, emitor local suplimentar), diametrul emitorului – până la 22 cm, adâncimea de pătrundere a câmpului magnetic generat este de până la 16- 18 cm, putere câmpului magnetic pulsat - până la 45 mT, Numarul de programe aproximativ 80, Adâncimea de penetrare a câmpului magnetic pulsat în funcțiune al aparatului în corpul pacientului este de 6 - 8 cm, - Lungime, mm 250 (alimentare), 410 (emitor principal), 110 (rigla) - Latime, mm 300 (alimentare), 730 (emitor principal), 950 (rigla), - Înălțime, mm 120 (alimentare), 35 (emitor principal), 35 (rigla) - Tipul portabil, -Rata de repetare a impulsurilor, Hz 3-100 - Valoarea amplitudinii inducției magnetice, mT 2-45, -Ora stabilirii modului de funcționare, s 30 - Consum de energie, nu mai mult, VA 50 Greutatea nu mai mult de 11 kg	Dispozitivul include trei tipuri de emitoare (emitor principal, o linie de emisie flexibilă separată, emitor local, emitor local suplimentar), diametrul emitorului – până la 22 cm, adâncimea de pătrundere a câmpului magnetic generat este de până la 16- 18 cm, putere câmpului magnetic pulsat - până la 45 mT, Numarul de programe aproximativ 80, Adâncimea de penetrare a câmpului magnetic pulsat în funcțiune al aparatului în corpul pacientului este de 6 - 8 cm, - Lungime, mm 250 (alimentare), 410 (emitor principal), 110 (rigla) - Latime, mm 300 (alimentare), 730 (emitor principal), 950 (rigla), - Înălțime, mm 120 (alimentare), 35 (emitor principal), 35 (rigla) - Tipul portabil, -Rata de repetare a impulsurilor, Hz 3-100 - Valoarea amplitudinii inducției magnetice, mT 2-45, -Ora stabilirii modului de funcționare, s 30 - Consum de energie, nu mai mult, VA 50 Greutatea nu mai mult de 11 kg	Certificat ISO, CE, Declarație de conformitate
2	Aparat pentru galvanizare și electroforeză medicamentoasă	Potoc-01M	Ucraina	Zapovit	Tensiunea de alimentare în rețea - 220V; - Frecvența rețelei - 50 Hz; - Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; - Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; - Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; -Consumul de energie nu mai mult de 11A - Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; -Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 5 ani. Set complet de galvanizare: (aparat pentru electroforeză, 2 fire pacient bifurcate, 2 fire pentru un singur pacient, set de electrozi de plumb, bandaj de cauciuc)	Tensiunea de alimentare în rețea - 220V; - Frecvența rețelei - 50 Hz; - Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; - Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; - Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; -Consumul de energie nu mai mult de 11A - Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; -Durata de viață medie a dispozitivului este de cel puțin 5 ani. Set complet de galvanizare: (aparat pentru electroforeză, 2 fire pacient bifurcate, 2 fire pentru un singur pacient, set de electrozi de plumb, bandaj de cauciuc)	Declarație de conformitate

3	Unitate moderna de terapie cu ultrasunete	Sonopuls 1-3MHz	Brazilia	Ibramed	Ecran grafic mare, color (4,3 ") cu panou tactil. Sonde cu dubla frecventa 11 MHz și 3,3 MHz în dimensiunea de 5cm2 si 1cm2 (Sande separate), semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Accesorii standard gel de terapie, siguranță de rezervă, capete cu ultrasunete: suprafata de 5cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz; suprafața 1,33cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz, geantă de transport putere continua 2,5W I cm2 putere de varf a impulsului 3W I cm2 frecventa de radiatie 1MHz sau 3,3 MHz Frecvența pulsului 10-150 Hz neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,5%; 12,5%; 25%; 50% ceas de tratament Sursa de alimentare retea monofazata - 230V 10%, 50Hz, 50VA greutate (a unitatii de control) până 3 kg	Ecran grafic mare, color (4,3 ") cu panou tactil. Sonde cu dubla frecventa 11 MHz și 3,3 MHz în dimensiunea de 5cm2 si 1cm2 (Sande separate), semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul. Accesorii standard gel de terapie, siguranță de rezervă, capete cu ultrasunete: suprafata de 5cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz; suprafața 1,33cm2; Frecventa de 1MHz și 3,3 MHz, geantă de transport putere continua 2,5W I cm2 putere de varf a impulsului 3W I cm2 frecventa de radiatie 1MHz sau 3,3 MHz Frecvența pulsului 10-150 Hz neted: 5 - 100%, un pas 5% discret: 6,5%; 12,5%; 25%; 50% ceas de tratament Sursa de alimentare retea monofazata - 230V 10%, 50Hz, 50VA greutate (a unitatii de control) până 3 kg	Certificat ISO, CE, Declarație de conformitate
5	Dispozitiv cu curenti sinusoidali modulați	Amplipuls-5Бр	Rusia	Electroaparat	Dispozitiv cu curenți sinusoidali modulați 5 regimuri, curenți de joasă frecvență, 220V, 50 Hz, greutatea aproximativ 3kg, în complet captusele p/u pacienți si fire electrice	Dispozitiv cu curenți sinusoidali modulați 5 regimuri, curenți de joasă frecvență, 220V, 50 Hz, greutatea aproximativ 3kg, în complet captusele p/u pacienți si fire electrice	Declarație de
8	Aparat pentru magnetoterapie portabil de frecvență joasă	MAG-30-4	Ucraina	Novator	•Tensiune de alimentare AC - 220 V; •Dispozitivul are un efect terapeutic asupra corpului cu un camp magnetic alternativ neuniform cu o frecvență de 50 Hz și o inducție magnetică dată pe o suprafață de 20 cm²; •Masa dispozitivului - 0,6 kg	•Tensiune de alimentare AC - 220 V; •Dispozitivul are un efect terapeutic asupra corpului cu un camp magnetic alternativ neuniform cu o frecvență de 50 Hz și o inducție magnetică dată pe o suprafață de 20 cm²; •Masa dispozitivului - 0,6 kg	Certificat ISO, CE,

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova