

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1713420842653 din 25.04.2024

Obiectul de achiziției: Reagent liofilizat TEClot PT-S - 2024

Denumirea bunurilor	Model articol	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri:						
1. Reagent liofilizat TEClot PT-S	A0230-100	Germania	TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH	Reagent liofilizat TEClot PT-S - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Set de tromboplastină p/u determinarea Activității Protrombinei după Quick cu INR din plasma cu citrat de sodiu 3,2% / 3,8%. Ambalaj standard de la producătorul echipamentului Coatron A4, Teco: set din 10fl x 10ml, p/u maxim 1000 teste. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, să fie restituite din contul agentului economic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.14.	Reagent liofilizat TEClot PT-S - Cerințe specifice p/u kit diagnostic: Set de tromboplastină p/u determinarea Activității Protrombinei după Quick cu INR din plasma cu citrat de sodiu 3,2% / 3,8%. Ambalaj standard de la producătorul echipamentului Coatron A4, Teco: set din 10fl x 10ml, p/u 1000 teste. Cantitatea de teste invalide, nevalidate, pierderi tehnice din cauza erorilor analitice ale analizatorului sau alte neconformități tehnice survenite din oricare altă cauză în afara erorilor user-laborant la analizator, vor fi restituite din contul agentului economic. Cerințe generale: Certificat de Conformitate de la producător. CE. IVD. Cerințe opționale: conform anexei 17, 18 la Ordinul MS 374 din 05.05.14. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Declarație de Conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9