

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21077069 din 11.06.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican "Timofei Moșneaga"

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 5						
Freze oscilante	NS-1011	China	Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co.,ltd	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare.</p> <p>Piesa de mână</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electric da • Cu dirijare de la buton incorporat in piesa de mina. • Multifuncțional da • Putere, W minim 100 • Greutate, grame maxim-4000 • Sterilizare, autoclavare da • Viteza de rotație, r.p.m minim 600 • Zgomot maxim 75dB. • Mecanism de blocare da • Casoleta sterilizabilă cu capac pentru piesa de mina cu adaptor si lame da • Baterii minim 2 • Indicator stare baterie da • Stație încărcare baterii da Accesorii/adaptoare 1. Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina -1 buc Cap rotativ 360 ° da Frecventa r.p.m minim 10000. 	<p>Dispozitiv medical pentru intervenții chirurgicale de amputare al membrilor inferioare.</p> <p>Piesa de mână</p> <ul style="list-style-type: none"> • Electric da • Cu dirijare de la buton incorporat in piesa de mina. • Multifuncțional da • Putere, W 130 • Greutate, grame maxim-1100 • Sterilizare, autoclavare da • Viteza de rotație, r.p.m minim 600 - nu are, Aceasta este specificația pentru burghiu, nu pentru ferăstrău • Zgomot ≤75. • Mecanism de blocare da • Casoleta sterilizabilă cu capac pentru piesa de mina cu adaptor si lame da • Baterii 2 • Indicator stare baterie nu • Stație încărcare baterii da Accesorii/adaptoare 1. Ferestrău oscilant adaptor pentru piesa de mina -1 buc Cap rotativ 360 ° da Frecvența de neîncărcare 0-18000cpm. 	CE
				<p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>2.Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, 58*28*1.0mm Vezi anexa LOTUL 5.1</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2022.</p> <p>Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	<p>Sterilizare, autoclavare da</p> <p>2.Lame destinate tăierii osului femural din o iterație (mișcare) pentru ferăstrăul oscilant: 3 buc, 58*28*1.0mm (54285810) Vezi anexa LOTUL 5 si 5.1</p> <p>Cerințe de certificare: Anul producerii 2022.</p> <p>Termen de garanție de 24 luni din momentul instalării.</p> <p>Instalare, darea in exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu</p> <p>Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție.</p> <p>În cazul defecțiunii dispozitivului aflat in garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală.</p> <p>Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h.</p> <p>Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză</p> <p>Manual de service si manual de utilizare in conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3.</p> <p>Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv.</p>	
Total lot 5						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23