

Specificații tehnice

IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul procedurii de achiziție:	21090283 / ocds-b3wdp1-MD-1693229429244 din 12.09.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul 2023

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene	ZKDNT8F20 KLLTE	Polonia	BALTON	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G 16 – 18 cu valva. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Diametrul fiecarui lumen Minim 16G maxim 18G 8. Lungimea cateterului minim 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 20 cm 4. cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G 16–18. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter 8Fr. 8. Lungimea cateterului 20cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral triluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, CE
2	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu doua lumene	ZKDND 8F20E , ZKDND 7F20E	Polonia	BALTON	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 30 cm 4. cm cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G16 – 18 cu valva 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter G 14-16 8. Lungimea cateterului minim a 20-maxim 30 cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele	1. Din poliuretran 2. rentgenocontrast 3. cu lungimea cateterului 20 cm 4. cm cu fixatoare de securitate 5. ac pentru punctie G16 – 18. 6. conductor metalic tip J rezistent la îndoier 7. Cateter 8Fr (ZKDND 8F20E), Cateter 7Fr (ZKDND 7F20E) 8. Lungimea cateterului minim a 20cm 9. cu cablu pentru ECG-control al poziției cateterului în vas magistral monoluminal 10. marcaj de lungimea cateter al lungimii cateterului 11. fixatoare de securitate la piele Produs disponibil în stoc: 8Fr (ZKDND 8F20E) - 100 buc., 7Fr (ZKDND 7F20E) - 140 buc.	ISO 13485, CE

Nr. Lot	Denumire obiectului lotului	Modelul articolului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
5	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	RS-07217	China	AMK Medical	1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractiona cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradatie numerica pentru controlul adincimii avansarii, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr	1. Sistem de aspirare cu circuit închis cu adaptor “cot cu pivot dublu rotativ” pentru adulți 72 ore, 2. camera dedicata epurării centrifuge cu flux turbulent, cu închidere automată la retractiona cateterului, 3. cu minim 2 inele de curatare a cateterului 4. cateter cu gradatie numerica pentru controlul adincimii avansarii, 5. cu blocarea butonului de aspirare, 6. lungimea cateterului minim 50- 70 cm, 7. capat atraumatic cu minim 3 guri de aspiratie, 8. cu port aditional p/u introducerea medicamentelor endotraheal, benzi adezive cu zilele saptaminii,16Fr Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, CE/ Decl.CE
13	Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi	0221.03045514 / TSH..	China / Ucraina	Tuoren / Kammed	1. Este folosit pentru facilita intubarea traheala. 2. Va fi confectionat di aluminiu ușor maleabil ceea ce va permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. 3. Stiletul va fi căpușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare.	1. Este folosit pentru facilita intubarea traheala. 2. Confectionat di aluminiu ușor maleabil, permite ca stiletul să obțină oricare formă dorită. 3. Stiletul căpușit cu un polimer dens moale pentru a permite extragerea și inserarea stiletului în sonda de intubare. 4. Dimensiuni disponibile: 6Fr, 10Fr și 14Fr	ISO 13485, CE/ Decl.CE
26	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	B5055	China	BSS Medical	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip, 50x55mm, cu gel solid. Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, CE
27	Mucus extractor tip Polimed 4004+4008	40353	India	Poly Medicare (Polymed)	1. Non toxic 2 Apirogen 3. De o singura folosinta ,	1. Non toxic 2 Apirogen 3. De o singura folosinta , 4. Tub 12Fg, 40-50cm, 5. volum 25 ml Livrat în anul 2022 (Contract nr.583 din 29.04.2022, Lot nr.46) Produs disponibil în stoc.	ISO 13485, CE
28	Masca nebulaizer M	HTA0207	China	Hitec	Masca nebulaizer M	Mască nebulizer p/u adulti cu tub lungime 2.1m și nebulaizer volum 6 ml, marimea Standard. Prdus disponibil în stoc.	ISO 13485, Decl.CE

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **FPC “SOGNO” S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2

Specificații de preț

IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Numărul procedurii de achiziție:	21090283 / ocde-b3wdp1-MD-1693229429244 din 12.09.2023
Denumirea procedurii de achiziție:	Consumabile medicale pentru Secția Anestezie și Reanimare pentru anul 2023

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire obiectului achiziției	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț fără TVA	Preț cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Valoarea estimativă
33100000-1	1	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu trei lumene	buc	100	345,00	372,60	34.500,00	37.260,00	Septembrie- Decembrie 2023, conform necesitatilor reale,DDP - Franco destinație vămuit	20300
33100000-1	2	Set pentru punctia si catetirizare venei centrale cu doua lumene	buc	150	262,50	283,50	39.375,00	42.525,00		30450
33100000-1	5	Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulți, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal 16Fr	buc	20	220,00	237,60	4.400,00	4.752,00		3400
33100000-1	13	Conductor metalic pentru intubatie pentru maturi	buc	20	45,00	54,00	900,00	1.080,00		1000
33100000-1	26	Electrozi EKG/electrod adeziv Ag/AgCl tip snap clip	buc	4000	1,75	2,10	7.000,00	8.400,00		8000
33100000-1	27	Mucus extractor tip Polimed 4004+4008	buc	50	35,00	37,80	1.750,00	1.890,00		2160
33100000-1	28	Masca nebulaizer M	buc	50	15,00	18,00	750,00	900,00		3000
TOTAL							88.675,00	96.807,00		

Semnătură electronică. Numele, Prenumele: **Petru IAROVOL** În calitate de: **Director**
 Ofertantul: **FPC "SOGNO" S.R.L.** Adresa: mun .Chișinău, str. Academiei, 2