

Specificații tehnice (F4.1)

Cererea ofertelor de prețuri Nr. ocds-b3wdp1-MD-1612263538642						Data: „11” Februarie 2021	Alternativa nr.: _____		
Denumirea licitației:		Reactivi și consumabile de laborator				Lot: _____	Pagina: __ din __		
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Lotul 5. Specificații standard pentru investigațiile imunologice (probele reumatice)									
5.1	33696500-0	CRP (Proteina C reactivă)	8.00.00.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L,	Sensibilitatea CRP-latex este calibrată la referință Material ERM-DA 472 / IFCC. 4. Sensibilitate analitică: 6 (5-10) mg / L,	Certificat CE; ISO	
5.2	33696500-0	RF (Reumatoid Factor)	8.00.04.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Hemoglobină (≤ 10 g / L), bilirubină (≤ 20 mg / dL) și lipaemie (≤ 10 g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml	Hemoglobină (≤ 10 g / L), bilirubină (≤ 20 mg / dL) și lipaemie (≤ 10 g / L) nu interferează. Sensibilitate analitică: 8 (6-16) UI / ml	Certificat CE; ISO	
5.3	33696500-0	ASO (Antistreptolizină)	8.00.02.0.0100	Jordan	Atlas Medical	Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97%	Sensibilitate analitică: 200 (50) UI / mL Sensibilitatea diagnosticului: 98%. 6. Specificitatea diagnosticului: 97%	Certificat CE; ISO	
Lotul 6. Specificații sistema hemostaza pentru coagulometrul Teco Coatron X Pro, sistem închis									
6.1	33696500-0	Set pentru determinarea timpului de protrombin (TP)	A0230-040	China	Getein Biotech	leofilizat numai mult 1,1 ISI ambalaj 10fl x 4ml (800 teste)	leofilizat numai mult 1,1 ISI ambalaj 10fl x 4ml (800 teste)	Certificat CE; ISO	
6.2	33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului	40511-020	China	Getein Biotech	ambalaj 10fl x 2 ml (800 teste)	ambalaj 10fl x 2 ml (800 teste)	Certificat CE; ISO	
6.3	33696500-0	IBS Buffer pentru fibrinogen	40590-125	China	Getein Biotech	1fl 125ml (1000 teste)	1fl 125ml (1000 teste)	Certificat CE; ISO	
6.4	33696500-0	Plasma de control normală human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD	P6001-010	China	Getein Biotech	Pentru protrombin. Ambalaj 1ml	Pentru protrombin. Ambalaj 1ml	Certificat CE; ISO	
6.5	33696500-0	Plasma de control patologica human cu parametri PT, APTT, TT, FIB, DD.	P6101-010	China	Getein Biotech	Pentru protrombin. Ambalaj 1ml	Pentru protrombin. Ambalaj 1ml	Certificat CE; ISO	
6.6	33696500-0	Cuvete de reacție	24 100 00	China	Getein Biotech	cu codul de bare originale de la producător	cu codul de bare originale de la producător	Certificat CE; ISO	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9