

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP</u> din <u>Conform SIA RSAP</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb, accesorii și consumabile pentru mentenanța dispozitivelor medicale pentru anul 2020

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Bunuri							
33000000-0	Lot 79. Borcan pentru debitmetru tip Bobrov	Cod 900.922	Germania	Greggersen	Compatibil cu Debitmetru tip Bobrov din dotarea instituției. Autoclavabil, volumul 250 ml, gradat cu nivel minim și maxim pentru lichid. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 124. Electrod netru multifolosinta	Cod F7930+F77923	Italia	Fiab	Compatibil cu electrocoagulatorulc BOWA ARC 350/ARC 303.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.i.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 125. Borcan reutilizabil 2 L cu capac +accesorii de suport	Cod 50.00.08	Elvetia	ARDO	Vas 2 litri, polysulfon, capac cu miner, sitem mecanic de siguranta pentru revarsare si mecanism de fixare pe aspirator compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codurile de referinta: borcan - 50.00.168, capac - 50.00.08. Diametru portului de aspirare 10mm, Cu protecție supraumplere, cu miner si fixator la troliu. Volum borcan 2 litri, gradat. Autoclavabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 126. Furtun pentru borcan	Cod 50.00.01	Elvetia	ARDO	Tub de silicon (de 0.5metri) pentru interconectare aspirator-borcan cu 2 conectori de 45 grade, compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.01..	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 127. Furtun pentru borcan	Cod 50.00.02	Elvetia	ARDO	Tub de silicon transparent (de 1.70 metri) pentru aspirare, cu conector alb in unghi de 45 grade compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Analog cu codul de referinta : 50.00.02.	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 128. Filtru bacterial hidrofobic	Cod 50.00.05	Elvetia	ARDO	Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Numar de referinta 50.00.05	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
33000000-0	Lot 129. Filtru cu 5000 cicluri de sterilizare	Cod JP050	Germania	BBraun	Compatibil cu capac/container Premium categoria Aesculap	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.

33000000-0	Lot 130. Filtru cu 1000 cicluri de sterilizare	Cod JK090	Germania	BBraun	Compatibil cu capac/container Premium categoria Aesculap	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformitate european.
------------	--	------------------	-----------------	---------------	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Ioan Razvan CARSTOCEA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Piata D. Cantemir 1