SPECIFICAŢII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21474778, ocds-b3wdp1-MD-1757598567074							**Data: 30.09.2025**	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.22)							**Lot:**	pag. 1 din 1
№ d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
12	33100000-1	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteză redusă	Centrifugă de laborator (24 tuburi) **CM-6MT + rotor 6M.02** Registrul de Stat **DM000222048**	Lituania	ELMI	Centrifugă de laborator (24 tuburi) Descriere Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sîngele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 24 unitati Timer Diapazon minim de timp 1 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului obligatoriu Indicatori Indicarori vizual și acustic obligatoriu Debalansare obligatoriu Pornire/oprire obligatoriu Capac deschis obligatoriu Display Digital obligatoriu Nivelul de zgomot ≤ 65 dB obligatoriu Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in viguare obligatoriu	Centrifugă de laborator (24 tuburi) **CM-6MT + rotor 6M.02.** Se utilizează pentru separarea soluțiilor în fracții. Este folosită în microbiologie, virusologie, biochimie clinică, biologie, chimie analitică etc. Este dotată cu un sistem de control procesor care asigură următoarele *funcții* : * pornirea lină a rotorului; * setarea și afișarea pe indicatorii luminoși a timpului și vitezei de rotație a rotorului; * blocarea capacului în timpul rotației rotorului; * semnal sonor la oprirea rotorului; * deblocarea automată a capacului după oprirea centrifugei; * protecție împotriva suprasarcinii rotorului. *Caracteristici tehnice:* * Viteza de rotație a rotorului, rpm: de la 100 la 3500 * Forța centrifugă maximă (RCF): 2300 * Număr de eprubete în rotor, buc.: 24 * Dimensiunile maxime ale eprubetelor utilizate, mm: 17×110 * Volumul maxim al eprubetelor utilizate, ml: 12 * Intervalul de temperatură de lucru, °C: de la +10 la +40 * Alimentare de la rețea: 220 V, 50 Hz * Puterea maximă consumată, W: 320 * Dimensiuni de gabarit ale aparatului, mm: 430 × 400 × 185 * Greutate, kg: 10	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**
În calitate de: **Director firmă**
Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**
Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 30.09.2025
Valabilitatea ofertei - 160 zile.

Digitally signed by Stoianova Elena
Date: 2025.09.29 18:39:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ