

Maybe Nr. Lot	Denumire Lot	Cantitate	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatprul economic
2	Masa chirurgicala pentru pacient.	3	1.OPERARE: - Mecanismul de funcționare: de tip electrohidraulic. - Comandă: telecomandă cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir. - Panou de comandă cu butoane încorporat în masă, cu pictograme și butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne hidraulice, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei prin elevare - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 de manipulații). 2.PARTICULARITĂȚI - Grosime saltea minim 65 mm, înveliș lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °. - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 °. - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta. - Secțiunea spate: Sus: minim +70 °, Jos: minim -40 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90°. - Secțiunea picioarelor: divizată, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 °. - Partea superioară a mesei: glisarea spre cap: minim 200 mm; glisarea spre picioare: minim 330 mm. - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg.	Vivax OT-02, Infimed, Polonia da, electrohidraulic da da, (obtiune inclusa) da da, 4 roți da da, 230V si baterie 24 V (65 manipulari), da da, 73-108cm da, 40 grade da, 40 grade da, 30 grade da, +85...-45 grade da da, +25...-90 grade da +/-45 grade da, 350mm da, 350mm da da, 300 kg

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		- Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm. - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart). - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi. - Radiotransparența. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3.ACCESSIONII: - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc. - Suport pentru cap de tip inel/ cerc, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, cu suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți)- 1 buc - Suport pentru mâinile operator (chirurg) cu ajustare pe verticală , tip frontal (forma de potcoavă)-1 buc - Suport pentru mâini pacient cu fixator(curea) lungime de cca. 80 mm ±5mm - DA, 2 buc. - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.	da, 250 kg da, 2100x500mm da da da da da da da da da Da, EB-05 – 2 buc Da, EB-11 – 1 buc Da, EB-09 - buc Da
--	--	--	--

2	Masa chirurgicala pentru pacient.	2	1.OPERARE: - Masa modulara compusa din 5-6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitia de jos, minim 110 ± 10cm pozitia de sus - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 °, - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110. - Secțiunile cap, spate și picioare: detașabile și interschimbabile. - Modul de extensie al zonei de “cap” cu perne aditionale pentru a putea fi efectuata plierea in zona toracica in cazul mesei cu 5 segmente - Capacitatea de articulare in zona toracica cu altitudinea minima 15 cm, de specificat in brosură/catalog oferit spre evaluare. - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm.	Vivax OT-02, Infimed, Polonia da, 5 sectii da da da, Obtional inclus da da, 4 roti Da da, 230V, si baterie 24V, 65 manipulari da da, 73-108cm da, 40 grade da, 40 grade da, 30 grade da, +85...-45 grade da da da, ES-18 da da, +25...-90 grade da +45/-45 grade da, 350mm da, 350mm
---	-----------------------------------	---	--	---

	- Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C. - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm). 3.ACCEsorII: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.	da da, optional inclus da, 300 kg da, 250 kg da, 2100x500mm da da da da da da da da da, EB-05 – 2 buc da EB-14 – 1 buc da, ES-14 – 1 buc da, Da, ES-12-1 buc Da, ES-01 – 2 pcs Da Da, ES-05 -1 buc da, EB-11 – 1 buc da, EB-09 – 1 buc Da, EB-03 – 2 buc da
--	---	---

2	Masa chirurgicala pentru pacient.	2	OPERARE: - Masa compusa din 6 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roți pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus. - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° - Înclinare lateral: minim 20 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -30 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm. - Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm - Extensia spate ajustabila cu “kidney bridge” motorizat (electronic) controlabil de la telecomandă și panoul de comandă - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg.	Vivax OT-02, Infimed, Polonia da, 6 sectii da da da, Obtional inclus da da, 4 roți Da da, 230V, si baterie 24V, 65 manipulari da da, 73-108cm da, 40 grade da, 40 grade da, 30 grade da, +85...-45 grade da da, +25...-90 grade da da, +45...-45 grade da, 350mm da, 350mm da da, obtional inclus da da, 300 kg
---	-----------------------------------	---	--	---

Anexa nr. 1 la Specificații Tehnice

		- Capacitate minimă articulație 250 kg. - Dimensiuni blat 2180±50 mm × 500±20 mm - Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toata lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).	da, 250 kg da, 2100x500mm da da da da da da da
		3.ACCESSIONII: - Suport lateral al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport lateral elevat al miini detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea-1 buc - Suport pubian-1 buc - Suport lombar-1 buc - Suport toracic-1 buc. - Suport talpi pacient-2 buc. - Curele de fixare al zonei femurale-2 buc. - Perna pentru suport picioare in pozitie laterala, in cazul pozitionarii laterale al pacientului - Vas pentru deseuri.-1 buc - Suport pentru perfuzii-1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Suport pentru picioare/genunchi de tip Gopel +accesoriile de fixare de masa- 1 set sau 1 pereche - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.	da, EB-05 – 2 buc da EB-14 – 1 buc da, ES-14 – 1 buc da, Da, ES-12-1 buc da, ES-21 – 2 buc Da, ES-01 – 2 buc Da Da, ES-05 -1 buc da, EB-11 – 1 buc da, EB-09 – 1 buc Da, EB-03 – 2 buc da

2	Masa chirurgicala pentru pacient.	3	OPERARE: - Masa compusa din 5 segmente. - Mecanismul de functionare: de tip electrohidraulic. - Comanda: telecomandă cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei, cu transmisiune prin fir - Panou de comanda cu butoane încorporat in masă, cu pictograme si butoane corespunzător funcțiilor mesei. - Buton cu funcția de reîntoarcere la poziția inițială. - Sistem mobil cu minim 3 roti pentru mobilitatea mesei. - Sistem de frâne, pentru poziționarea-fixarea sigură a mesei. - Operare de la 2 surse de energie independente: rețea de curent si acumulatori interni reîncărcabili (cu o durată autonomie minim 60 min). 2.PARTICULARITATI - Grosime saltea minim 65 mm, invelis lavabil, rezistent la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți). - Interval de altitudine: minim 65 ±10cm pozitie jos, minim 110 ± 10 pozitie sus - Trendelenburg: Cap sus: minim 40 ° - Trendelenburg reversat : Cap jos:minim 40 ° - Înclinare lateral: minim 30 ° Secțiune stânga / dreapta - Secțiunea spate: Sus: minim 70 °, Jos: minim -40 ° - Flex unghiul minim 210 Reflex: unghiul maxim 110 - Secțiunea picioarelor: Sus: minim +20 °, Jos: minim -90° - Secțiunea picioarelor: detasabile, divizata, cu spatiu pentru interventiile ginecologice, cu fixator-curea pentru picior. - Secțiunea cap: minim +35 ° sus, jos minim -80 ° (manual) - Partea superioară a mesei: glisează spre cap: minim 200 mm / glisare spre picioare: minim 330 mm. - Sectiune pentru rinichi cu inaltime ajustabila minim 120mm - Poziția corectă din punct de vedere anatomic pe scaun: Da. - Capacitate minimă de ridicare 250 kg. - Capacitate minimă articulație 250 kg. Dimensiuni blat 2080±50 mm × 500±20 mm	Vivax OT-02, Infimed, Polonia da, 5 sectii da da da, Obtional inclus da da, 4 roti Da da, 230V, si baterie 24V, 65 manipulari da da, 73-108cm da, 40 grade da, 40 grade da, 30 grade da, +85...-45 grade da da, +25...-90 grade da da, +45...-45 grade da, 350mm da, 350mm da da da, 300 kg da, 250 kg da, 2100x500mm
---	-----------------------------------	---	--	---

		- Dimensiunea șinei laterale aflată pe tot perimetrul mesei: grosime 10 mm, lățime 25 mm (eurostandart) - Tensiune de alimentare 200-240V (50-60Hz). - Temperatura ambiantă de lucru 10-40 ° C - Scurgeri de curent electric: mai puțin de 100 de microamperi - Tunel pentru casetele X-ray- pe toată lungimea mesei - Radiotransparenta. - Accesibilitatea sistemului de angiografie portabil (C-arm).	da da da da da da
		3.ACCESSIONII: - Suport lateral al miinii detasabil cu fixator pozitie si fixare brat cu curea- 2 buc - Suport pentru cap de tip potcoavă, ce asigură confortul pacientului și poziționarea fixă adaptabilă, suprafețe lavabile și rezistente la acțiuni mecanice și chimice (dezinfectanți) – 1 buc.. - Suport pentru perfuzii-1 buc. -Suport atasabil la masa pentru suport cap destinat operatiilor ORL- 1 buc. - Suport/ecran de anestezie-1 buc. - Lacat pentru fixarea accesoriilor pe sinele laterale ale mesei-4 buc.	da, EB-05 – 2 buc da da, EB-11 – 1 buc da, EN-01 – 1 buc da, EB-09 – 1 buc da

3	Termostat	1	Anul de producere: 2022. Volum util: 80-100 L. Construcția interioară: metal inox. Construcția exterioară: material non-coroziv sau cu acoperire non-corozivă. Ușă: dublă. Diapazon temperaturi menținute: 20-60 C. Înregistrare și afișare grafic temperatură pentru 24 ore. Abaterea maximă de la temperatura setată: $\leq 0,5$ C. Pasul de incrementare temperatură: 0,1 C. Timpul de lucru: neîntrerupt. Timpul de intrare în regimul de lucru: max 120 minute. Tip afișare: Digital. Afișare: Temperatura setată, temperatura actuală. Alarmer: Vizuală și sonoră. Alimentare: 210-230 V 50/60 HZ. Termen de garanție: ≥ 24 luni.	BJPX-HT80BII, Biobase, China Da da, 80 lt da da da da, 0-65C da 1C da da da Da da da da Da
---	-----------	---	--	--

8	Aspirator chirurgical mobil de putere înaltă	3	• Vacuum Limita minimă 0 mmHg. • Limita maximă ≥ 670 mmHg. • Rata de flux ≥ 50 l/min. • Indicator vacuum. • Reglator de aspirație. • Nivelul de zgomot ≤ 45 dBA. • Vas colector cu capac cu atasament prin filet - Material polycarbonat, grosime perete vas minim 2 mm, autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici si mecanici • Set tuburi pentru aspirație din silicon, autoclavabil, reutilizabil, rezistent la factorii fizici, chimici și mecanici aspirator-vas și vas-pacient (minim 1.5m) – 2 seturi. • Numărul vaselor 2 bucati. • Capacitatea ≥ 2 L. • Protecție la umplere pentru fiecare vas. • Vas colector cu capac cu garnitura de cauciuc cu mâner atașate de troliul aspiratorului. • Suport cu roțile ≥ 4 roti. • Roti cu frina-da ≥ 2 bucati. • Mâner pentru transportare. • Filtru de unică utilizare 20 bucati. • Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz.	New Hospivac 350, RE410356, Ca-MI, Italia da da, 675mmHg da, 60 lpm da da da da da da da, 2 lt da da da da Da Da Da Da Da
---	--	---	--	--

11	Centrifugă de laborator (48 tuburi)	2	Anul de producere: 2021-2022 Capacitate: rotor inclus pentru 48 eprubete de 10-15 ml Tip Rotor: Basculant(Swing-out) RPM: setabil, 1000-5000 rpm, RCF: setabil Abaterea maximă de la viteza setată: 5% Sistem de blocare a capacului in timpul functionarii. Protecție la debalansare. Protecție la pornire cu capacul deschis. Durata ciclu: 0-60 min, Pasul de incrementare timp de lucru: 10 s Afișare: Viteza actuală, timp rămas. Tip interfață: Display LCD Alimentare: 210-230 V 50 HZ Tip motor: fără perii. Capacul sa fie transparent sau dotat cu fereastra sau alta cale de acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica a turatiilor, conform normelor și standardelor în vigoare.	BKC-TL5LII (48 tubes) Biobase, China Da da da da da da Da da da da da da
----	-------------------------------------	---	---	--

15	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 250-300 L	1	An producere: 2021 Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală Capacitatea internă a camerei: 250-300 litri; Polițe: ≥ 6 buc., tip sertare; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici; Construcție exterioară: noncorozivă, rezistentă la agenți chimici; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarme: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -20 .. -30°C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 dbA; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	EE300 Deep Frizer, Emsas, Turcia da da da, 300lt (fabricat individual) da da da Da da da da da da da da da, 50 db da
----	---	---	--	--

16	Congelator cu încărcare orizontală pentru laborator 50-100 L(Ultra Freezer)	1	An producere: 2021-2022; Configurație: Vertical, cu încărcare orizontală; Capacitatea internă a camerei: 50-100 litri; Polite fixe incluse: ≥ 2 buc.; Ușa: cu mecanism blocare cu cheie; Roți: da; Construcție interioară: oțel inoxidabil; Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă; Afișaj temperatură: digital, ecran grafic / LED Înregistrarea temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, imita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Răcire: ventilată sau statică; Refrigerent: fără CFC / HCFC; Domeniu de temperatură: -60°C .. -85 °C; Nivelul de zgomot: ≤ 55 db; Alimentarea: 220 V, 50 Hz.	ULT200 Ultra Low Freezer, Emsas, Turcia Da da da, 288 lt da Da da da da da da da da da da da Da Da Da Da Da, 50 db da
----	---	---	--	---

18	Frigider pentru reactivi 500-700l	3	An producere: 2021-2022 Configurație: vertical, mobil, cu încărcare orizontală. Capacitatea: 500 - 700 l Înălțime: <200 cm, Lățime/Adâncime: < 80 cm Număr sertare: ≥ 4 Ușa: Cu mecanism blocare cu cheie. Roți: da Lumină interioară: da Construcție interioară: materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare Construcție exterioară: cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură: digital Alarmer: acustică, vizuală. Răcire: ventilată; Temperatura reglabilă: 2 ... +8 °C Mod dezghețare: automat. Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator. Alarmer: acustică, vizuală - ușa deschisă, lipsa curentului electric. Posibilitatea de setare a alarmei: limita maximă a temperaturii, limita minimă a temperaturii. Baterie internă pentru alarmă și menținerea detelor a alarmelor pentru min. 48 ore; Refrigerent: fără CFC / HCFC Zgomot: < 48 dB Tensiune alimentare: 210-230 V/ 50 Hz	EKT 725, Emsas, Turcia da da da, 580lt da da, 5 polite da da da da da da da da Da da da Da da da Da Da da da 45 db Da
----	-----------------------------------	---	--	---

20	Etuvă 80-150 litri	1	An producere: 2021-2022 Dulap cu aer uscat destinat uscării instrumentelor medicale; Capacitate: 80 - 150 l. Domeniul de temperatură programabil: 50-200 grade C Pasul de incrementare temperatură: ≤ 1 grad. Afișaj: digital Control: Microprocesor; Protecție supraîncălzire; Construcția interioară: din oțel inox; Alarmă vizuala și Sonora; Divergență față de temperatura setată: max 1 C; Timp încălzire până la temperatura setată: max. 60 min. Circulare forțată a aerului. Alimentarea 220 V, 50 Hz.	ET150, Emsas, Turkey cump da Da da, 150 lt da, 50-250 C da da da da Da Da da da
----	--------------------	---	---	---

27	Lentila Abraham	1	Anul de producere: 2021 - 2022; cu cutie pentru păstrare, pe care să fie imprimat modelul și producătorul; pentru capsulotomie cu laser YAG; planconvex cu mărirea 1.8x pe centru; 0.56x spotul laser; diametru părți ce contactează cu globul ocular 15.5mm.	VCAPS, Volk, SUA Da Da Da Da Da Da
----	-----------------	---	---	--

[illegible]

40	Frigider pentru păstrarea sângelui	1	An producere: 2021-2022 Destinație: Pentru stocarea componentelor sanguine; Tip: Vertical, cu încărcare orizontală, mobil, pe roțile. Volum util: 550-650l; Material interior: metal inox. Material exterior: antibacterian și rezistent la agenți chimici. Diapazon temperatură: +2 - +8°C, setabil. Abaterea maximă de la temperatura setată: 1°C în orice parte al camerei de răcire, la temperatura mediului ambiant 32°C. Circulația forțată a aerului. Dezghețarea automată sau programabilă pentru un anumit interval. Evaporarea condensatului automata. Stopare automată a ventilatoarelor pe perioada deschiderii ușii. Ușa: transparentă, cu lacăt. Sertare: minim 6, din material inoxidabil, detașabile, cu sistem telescopic. Podea și sertare cu sistem de scurgere. Compressor de minim 0,33CP cu răcire pe aer. Refrigerent: fără CFC / HCFC Port de acces situat în partea de sus a dulapului pentru sonda de monitorizare externă. Tensiune alimentară: 210-230 V/50 Hz Monitorizare temperatură și activitate frigider: Ecran digital cu afișare parametri de temperatură a camerei interioare. Test de alarma manual. Calibrare digitala. Baterie de rezerva. Alarmer sonore si vizuale în caz de depășire parametri și/sau neconformitate activitate frigider.	ENK300 Blood bank refrigerator, Emsas, Turkey da da da Da, 632 lt da Da Da da da da 6 polite Da da da da da da da da da da
----	---------------------------------------	---	--	--