

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: 21006926 din 05 aprilie 2019

Denumirea procedurii de achiziție: Consumabile medicale, accesorii pentru utilaj medical pentru anul 2019

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33140000-3	69	Tub endotraheal cu manjetă 8,5	100/150/085	Marea Britanie	Smiths		Tuburi pentru intubare endotraheală cu manjetă Nr. 8,5. Fabricate din polivinilclorid, termosensibil cu rigiditate suficientă în momentul inserării pentru ca apoi la temperatura corpului se se muleze conform anatomiei specifice fiecărui pacient cu linie radiopacă pe toată lungimea. Cu varf tăiat la un unghi de 37 de grade și ochi Murphy cu contururi netede. Tuburile prezintă marcaje de adâncime din cm în cm pe toată lungimea cu linie clară de demarcație pentru intubația orală sau nazală. Tubul prezintă un marcaj radiopac suplimentar situat la 3cm deasupra balonului de etansare. Balonul de etansare cu volum mare și presiune scăzută este fabricat dintr-un material moale, catifelat la atingere ce nu lezează traheea. Tubul poate fi menținut "in situ" o perioadă de până la 30 de zile. Ambalat individual, steril. Sterilizare cu oxid de etilenă. Codul Produsului: 100/150/085 CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum că la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Gheorghe Madan, 87/7