

		Specificații tehnice									
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						Data: „ ” 20	Alternativa nr.: _____	
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1759307034047								Pagina: __ din __	
Denumirea licitației:		ACORD-CADRU Achiziționarea consumabilelor medicale chirurgicale pentru anii 2026-2028									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM		
1	2			3	4	5	6	7	8		
33100 000-1	57	Balon hemostatic (epistaxis anterior)	Balon hemostatic (epistaxis anterior) (002695)	3101-0830	Taiwan	Fortune	Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal până la 30cc	Balon hemostatic (epistaxis anterior) din silicon, cu balon gonflabil la proximal până la 30cc	DM000283954		
33100 000-1	58	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior)	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) (002696)	3103-0930	Taiwan	Fortune	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16cm; balon Nr.1: gonflabil până la 30cc, balon Nr.2 gonflabil până la 10 cc; cu tub de aerajie.	Balon hemostatic (epistaxis antero-posterior) din silicon, lungime 16cm; balon Nr.1: gonflabil până la 30cc, balon Nr.2 gonflabil până la 10 cc; cu tub de aerajie.	DM000283956		
33100 000-1	59	Balon hemostatic (epistaxis posterior)	Balon hemostatic (epistaxis posterior) (002697)	3102-2010	Taiwan	Fortune	Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la capătul distal până la 10cc	Balon hemostatic (epistaxis posterior) din silicon, cu balon gonflabil la capătul distal până la 10cc	DM000283955		
33100 000-1	60	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare (002698)	S-BBD-0840	Elvetia	Marflow	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter - 2000mm (±100mm).Canal endoscop. - 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 6-8mm	Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter - 2000mm. Canal endoscop. - 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 6-8mm	DM000372467		
33100 000-1	61	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv	Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv (002699)	ZKMB15/55-200	China	ZKSK	Lungimea cateter - 2000mm (±10mm), canal endoscop 2,5mm (±0, 3mm), diametru balon 15-20mm	Lungimea cateter - 2000mm , canal endoscop 2,4mm , diametru balon 15-20mm	CE		
33100 000-1	73	Clame Michel	Clame Michel (002938)	13-9510.11	Germania	Ackermann	Clame Michel, 11x2cm.	Clame Michel, 11x2cm.	DM000493294		
33100 000-1	80	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal (002978)	GF1614	Belgia	G-Flex	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal. Multifilamentară, Hexagonală, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm lungime 25-40 mm (la solicitare), cu vârf tip "bila" cu port de irigare, pentru căile biliare și pancreatice, d-2,2-2,3 mm, lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie	Coș extractor de calcul/ Baschet PCGR- metalic, hexagonal. Multifilamentară, Hexagonală, cu 4 fire din inox, Deschiderea 15-25mm, lungime 25-40 mm (la solicitare), cu vârf tip "bila" cu port de irigare, pentru căile biliare și pancreatice, d-2,2-2,3 mm, lungimea-1800-2500mm, utilizabil pentru litotritie	DM000428451		
33100 000-1	82	Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal	Coș hexagonal + extractor de calculi hexagonal (002980)	MB18-A-2425/20-4	China	ZKSK	Hexagonal, lungime - 190cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0, 3mm)	Hexagonal, lungime - 200cm , canal - 2,8mm	CE		
33100 000-1	83	Coș spiralat + extractor de calculi spiralat	Coș spiralat + extractor de calculi spiralat (002981)	MB18-B-2425/20-4	China	ZKSK	Spiralat, lungime - 200cm (±10cm), canal - 2,8mm (±0,3mm)	Spiralat, lungime - 200cm, canal - 2,8mm	CE		
33100 000-1	84	Coș-plasă GFB-08-35-230	Coș-plasă GFB-08-35-230 (002982)	990730230	Germania	MTW endoscopie	Pentru extragerea corpurilor străine cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm (±10cm)	Pentru extragerea corpurilor străine cu endoscop 9,2, canal 2,8mm (±0,2mm) diametru coșului-plasă nu mai mic de 30mm, lungimea coșului 230cm	DM000436803		
33100 000-1	92	Papilotom arcuit	Papilotom arcuit (003149)	SSPH-SN-25	Elvetia	Marflow	Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, pașal izolat, unică folositoare	Lungimea - 200cm , triluminal, port de irigare/contrastare, port pentru ghid, compatibil cu ghid 0,035, fir de taiere monofilament, pașal izolat, unică folositoare	CE		
33100 000-1	93	Papilotom punțional	Papilotom punțional (003150)	SNK-100-DL	Elvetia	Marflow	Papilotom punțional. Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm (±10cm), triluminal	Papilotom punțional. Ac lungimea -5mm, Lungimea - 200cm , triluminal	CE		
33100 000-1	94	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic	Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic (003153)	DISPOSCRUB C WITH CHLORHEXIDINE-0030230F	Spania	C.V. MEDICA SL	Perie de unică folositoare, prevăzută cu burete chirurgical aplicat impregnat cu minim 20 ml de diclunat de clorhexidrină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea antisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclunat de clorhexidrină cu rol de lăvași dezinfecție. Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9cm	Perie de unică folositoare, prevăzută cu burete chirurgical aplicat impregnat cu minim 20 ml de diclunat de clorhexidrină 4%. Recomandat pentru personal chirurgical în obținerea antisepsiei pentru prevenirea infecției. Perie de plastic cu rol de curățare fără a leza tegumentele și burete fin impregnat cu 20 ml de diclunat de clorhexidrină cu rol de lăvași dezinfecție. Lățimea 5-6cm; Lungimea 8-9cm	Nu este dispozitiv medical		
33100 000-1	109	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată	Set pentru gastrotomie endoscopica percutanată (003400)	PEG-24+SN+SC	Elvetia	Marflow	1. 1 Ghid de inserare a buclei 2. 1 tub de alimentare din silicon 3. 1 cablu cu lanț 4. 1 adaptor universal 5. 1 adaptor bolus 6. 1 bucăș din silicon pentru blocare 7. 1 ac – introductor – ac mare 8. 1 bisturiu 9. 1 Seringă de 5ml cu ac 10. 1 ac 25 G – ac mic 11. 1 șervețel steril 12. 1 foarfecă 13. 1 ansa Silicon 100% 24FR. Ambalat individual	1. 1 Ghid de inserare a buclei 2. 1 tub de alimentare din silicon 3. 1 cablu cu lanț 4. 1 adaptor universal 5. 1 adaptor bolus 6. 1 bucăș din silicon pentru blocare 7. 1 ac – introductor – ac mare 8. 1 bisturiu 9. 1 Seringă de 5ml cu ac 10. 1 ac 25 G – ac mic 11. 1 șervețel steril 12. 1 foarfecă 13. 1 ansa Silicon 100% 24FR. Ambalat individual	DM000372445		

33100 000-1	112	Set pentru traheostomie (conicotomie)	Set pentru traheostomie (conicotomie) (003409)	X-Med Tracheo Set 600XXDD	Italia	X-Med SRL	Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o Seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în traheă după ce ligamentul cricoid a fost perforat	Să includă: un bisturiu, un ac de perforare cu diametru mare cu o Seringă sau un ac cu ghidaj și un cateter care se plasează în traheă după ce ligamentul cricoid a fost perforat	DM000688436
33100 000-1	113	Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger)	Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003410)	X-Med Tracheo Set 600XXDD+1565-0XXX	Italia	X-Med SRL/Fortune	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 10,0	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 10,0	DM000688436
33100 000-1			Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003414)	X-Med Tracheo Set 600XXDD+1550-0001	Italia	X-Med SRL/Fortune	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7,5	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 7,5	DM000688436
33100 000-1			Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003415)	X-Med Tracheo Set 600/600XXDD+1550-0001	Italia	X-Med SRL/Fortune	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,0	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balon care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeșie sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,0	DM000688436

33100 000-1			Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003416)	X-Med Tracheo Set 600/600XXDD+1550-0001	Italia	X-Med SRL/Fortune	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,5	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 8,5	DM000688436
33100 000-1			Set pentru traheostomie percutană (metoda Seldinger) (003417)	X-Med Tracheo Set 600/600XXDD+1550-0001	Italia	X-Med SRL/Fortune	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 9,0	Trusă de traheostomie percutană care permite inserarea canulei de traheostomie prin metoda Seldinger, compusa din: • Bisturiu, • Seringă de 10ml, • Ansamblu canulă IV 14G • Forceps dilatator tip „Griggs” • Fir ghid cu vârf în “J” și aplicator cu vârf detașabil • Dilatator • canulă de traheostomie cu balonș care trebuie să întrunească următoarele caracteristici: termosensibil ce asigura o rigiditate inițială suficientă în momentul inserării, pentru a deveni flexibilă la temperatura corpului, cu vârf conic rotunjit. - Obturator cu vârf conic rotunjit atraumatic, prevăzut la capătul proximal cu cleme de fixare pentru a înlătura mișcarea vârfului obturatorului în momentul inserării canulei, cu canal central pentru inserarea ghidului. • Balonașul trebuie să fie: impermeabil la gaze, cu volum redus, să fie fabricat dintr-un material moale, să se muleze pe canulă la înșeție sau suprimare. • bandă de fixare. Mărimea canulei traheostomice 9,0	DM000688436
33100 000-1	137	Stent biliar metallic	Stent biliar metallic (003535)	Nitinella Plus	Cehia	Ella-CS	Stent biliar metallic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține:stent- Nitinoși un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markere radioopaci de Aur	Stent biliar metallic (nichel-titanum)-expandabil, Expandabil, cu efect de memorie termică, setul conține:stent- Nitinoși un tub de inserție teflon de 170-185 mm. diametru 7/9 Fr., olivă distală radioopacă, cu capăt distal transparent; capacitatea de re poziționare minim 50% din lungimea stentului, cu indicator de punct de nereturnare, acoperit- sau nu se va specifica la plasarea comenzii, lungimea 40-100 mm, Diam-10mm (Nitinol,) cu 3 markere radioopaci de Aur	DM000429836
33100 000-1	139	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (003537)	PTFE-Stent+INTRODUCER SYSTEMS „JET-SET” AND „QUICK-SET”+Ghid 003946	Germania	MTW- Endoscopie	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	DM000436732+DM000436625+DM000436616
33100 000-1	148	Stent ureteral Pigtail	Stent ureteral Pigtail (003552)	DJSBES5026OEO/G	India	Aster	5FR, L 26-28cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	5FR, L 26cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	DM000812414
33100 000-1			Stent ureteral Pigtail (003553)	DJSBES6028OEO/G	India	Aster	6FR, L 26-28cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	6FR, L 28cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	DM000812587
33100 000-1			Stent ureteral Pigtail (003554)	DJSBES7028OEO/G	India	Aster	7FR, L 26-28cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	7FR, L 28cm, cu ghid metallic elastic pusher în complet, capăt proximal închis	DM000812679
33100 000-1	150	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4, 7FR, pentru adulți (003556)	SOU-4728+SFT 150-35	Elvetia	Marflow	4-4, 7FR, capăt distal deschis, lungimea 26-28cm, cu ghid metallic 150cm, puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	4-4, 7FR, capăt distal deschis, lungimea 26-28cm, cu ghid metallic 150cm puser-70cm aplicabil prin cistoscop sau ureterorenoscop	DM000372368+D M000371987
33100 000-1	152	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 5FR, 6 luni (003558)	SOT-S-528 + GTHS	Elvetia	Marflow	5FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	5FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	DM000371524 DM000371993
33100 000-1	153	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 12 luni (003559)	SOT-S-628 + GTHS	Elvetia	Marflow	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	DM000371526 DM000371993
33100 000-1	154	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 6FR, 6 luni (003560)	USI-628-RPC	Irlanda	COOK IRELAND LIMITED	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	6FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	DM000344456

33100 000-1	155	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 12 luni (003561)	SOT-S-728 + GTHS	Elvetia	Marflow	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 12 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	DM000371528 DM000371993	
33100 000-1	156	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni	Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-RAY 7FR, 6 luni (003562)	USI-728-RPC	Irlanda	COOK IRELAND LIMITED	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, c ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	7FR. lungimea 25-28cm. Perioada aflării 6 luni. Pigtail, din poliuretan, cu ghid de Nitinol, acoperire hidrofilică, vîrf mobil, atraumatic, radiopac, pentru stentări dificile cu uretere tortuoaseși calculi mari.	DM000344457	
33100 000-1	157	Stone Basket Nitinol	Stone Basket Nitinol (003576)	SBN34110H	India	Aster	Stone Basket Nitinol FR3	Stone Basket Nitinol FR3	DM000814977	
33100 000-1			Stone Basket Nitinol (003577)	SBN44110H	India	Aster	Stone Basket Nitinol FR4	Stone Basket Nitinol FR4	DM000815027	
33100 000-1										

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL

Adresa: Durllesti, str. Vasile Lupu 6