

Nr. 21044013 F3.1 din de la : 13.09.21
pînă la : 20.09.21

Consiliul raional Floreşti

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Procedura de achiziție Nr 21044013

Invitație la licitația publicată în BAP nr.:

Anunț/Invitația de participare Nr.: ocde-b3wdp1-MD-1631014388734

Către: Consiliul raional Floreşti

ProfilabDiagnostic SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr. _____.
- b) **ProfilabDiagnostic SRL** se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii:

Achiziționarea aparaturii pentru laboratorul medical din cadrul Centrului de Sănătate Sănătăuca, rl. Floreşti

- c) Suma totală a ofertei fara TVA constituită :

Suma totală: 93 770,00 (Nouăzeci și trei mii șapte sute șaptezeci) Lei 00 bani.

- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituită :

Suma totală: 112 524 (O sută doisprezece mii cinci sute douăzeci și patru) Lei 00 bani.

- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;

- f) În cazul acceptării prezentei oferte, _____
[denumirea ofertantului]

se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4.**

- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5.** .

Semnat: _____

Nume: Varman Irina

În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL

Adresa: mun. Chişinău, str. Docuceaev 6

Data: 20.09.21

Specificatii Tehnice (F4.1)

Consiliul raional Florești

Numărul COP-lui: 21044013				Data: de la : 13.09.2021 pina la : 20.09.2021		Alternativa nr.	
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea aparatului pentru laboratorul medical din cadrul Centrului de Sănătate Sănătăuca, rl. Florești				Lot:		Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
38430000-8	Aparat automat pentru efectuarea hematologiei singelui	Urit- 3000	China	Urit	1. Viteza de testare 30- 60 probe pe oră 2. Testare de la 18-24 parametri (detreminarea eritrocite, leococite, trombocite, hemoglobina, hematocritul) 3. Reactivi disponibili în Republica Moldova 4. Condiții de muncă 15 - 35°C 5. Sursa de alimentare 220W 6. Posibilitatea de a folosi sînge venos și capilar 7. Posibilitatea de transmite a rezultatele prin calculator 8. Economie în consumarea reactivelor	1. Viteza de testare 60 probe pe oră 2. Testare de la 21 parametri (detreminarea eritrocite, leococite, trombocite, hemoglobina, hematocritul) 3. Reactivi disponibili în Republica Moldova 4. Condiții de muncă 15 - 35°C 5. Sursa de alimentare 220W 6. Posibilitatea de a folosi sînge venos și capilar 7. Posibilitatea de transmite a rezultatele prin calculator 8. Economie în consumarea reactivelor	ISO, CE
38430000-8	Centrifuga de laborator rotor (8 tuburi)	DM0412	China	Dlab	1. Să dispună de 8-10 godeuri pentru eprubete, mărimea eprubetelor 10 ml 	Centrifugă de laborator pentru a centrifuga sîngele (8-12 tuburi) viteză redusă DM0412 (Cat.pag.81-82) Parametrul Specificația Viteza de rotație: Minimală, rpm de la 1000 Maximală, rpm pină la 4500 Setări setarea vitezei Capacitatea: Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi (A12-10P,Cat. 19200348 pag.83) Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicarori vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	ISO, CE

Semnăt: _____ Numele, Prenumele : Varman Irina . În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str.Docuceaev, 6

SPECIFICAȚII DE PREȚ (F4.2)

Consiliul raional Florești

Numărul COP-lui: 21044013							Data: de la : 13.09.21 pina la : 20.09.21		Alternativa nr.
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea aparatajului pentru laboratorul medical din cadrul Centrului de Sănătate Sănătăuca, rl. Florești							Lot:		Pagina 1 din 1
No d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38430000-8	Aparat automat pentru efectuarea hematologiei sîngelui	buc	1	84 000,00	100 800,0000	84 000,00	100 800,00	31.12.2021
2	38430000-8	Centrifuga de laborator rotor (8 tuburi)	buc	1	9 770,00	11 724,0000	9 770,00	11 724,00	31.12.2021
Total ofertă:							93 770,00	112 524,00	

Suma totală: 112 524 (O sută doisprezece mii cinci sute douăzeci și patru) Lei 00 bani.

Semnat: _____ Nume: Irina Varman În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Docuceaev 6