



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 802-1483 din " 12 " 04 2019

MEDGLOBALFARM SRL

medglobalfarm@mail.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1550735606746 din 29.03.2019 privind " *Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie (repetat) pentru anul 2019* ", Vă comunică că conform **deciziei din 12.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr.16 *Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial.*

S-a solicitat Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale si 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toata suprafata, ce nu permite contactul direct cu pelea, s-a oferit Câmp angiografic cu 4 orificii ce permite contactul cu pielea.

S-a solicitat Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare", s-a oferit fără "aripioare".

S-a solicitat Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc, s-a oferit fără cauciuc, ceea ce face o ermetizare și o manevrare mai îngreunată la deschidere- închidere.

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru lotul mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci