

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1779722961555 din 25.05.2026

Obiectul achiziției: **Piese pentru cromatografie**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT.1 Kit de reparație pentru sistemul LC Agilent 1260 (LDSA)	G1313-68709 01078-87302 G1312-60066 G1312-60067 G1312-60071 G1310-68742 01090-87306 2140-0820 770450-902	SUA	Agilent	Kit de reparație va include: • Set extins de mentenanță pentru pompă 1260 - 1 set; • Set extins de mentenanță pentru autosampler 1260 - 1 set; • Lampă de deuteriu cu tag RFID pentru DAD/MWD - 1 unitate; • Coloană Extend-C18 Analytical, 5 μm, 4.6 × 250 mm - 1 unitate. Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului. Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător. 1 kit-1 bucată	Kit de reparație pentru sistemul LC Agilent va include: • Set extins de mentenanță pentru pompă 1260 (nr. G1312-60066 Valva Inlet - 1, G1312-60067 Valva outlet OBV - 1, G1312-60071 Valva de purjare cu frită din PTFE - 1, G1310-68742 Set de întreținere p/u garnituri de etanșare - 1, 01090-87306 Capilar inox 380mm x 0.17mm - 1) - 1 set; • Set extins de mentenanță pentru autosampler 1260 (nr. G1313-68709 Kit Autosampler Start Up - 1, 01078-87302 Capilar 100uL loop - 1) - 1 set; • Lampă de deuteriu cu tag RFID pentru DAD/MWD (nr. 2140-0820 Lampă de	

					<p>deuterium) - 1 unitate;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloană Extend-C18 Analytical, 5 µm, 4.6 × 250 mm (nr. 770450-902 Coloana cromatografica Zorbax Extend 80 Å C18, 250 x4,6 mm, 5 µm) - 1 unitate. <p>Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului.</p> <p>Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător.</p> <p>1 kit-1 bucată</p>
<p>LOT 2 Garnitura de etansare pentru LCMS Agilent Ultivo (<i>LÎPA</i>)</p>	5068-0202	SUA	Agilent	<p>Garnitura de etansare a rotorului tip PEEK, presiunea 1300bar, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo.</p> <p>Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului.</p> <p>Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător.</p>	<p>5068-0202 Garnitura de etansare a rotorului tip PEEK, presiunea 1300bar, compatibil cu sistemul Agilent LCMS Ultivo.</p> <p>Piesele vor fi livrate în ambalajul original al producătorului echipamentului.</p> <p>Serviciile de înlocuire vor fi efectuate de către un reprezentant autorizat și certificat de producător.</p>

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaș** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**