



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. Rgo 2 - 1602 din " 26.04 " 2019

MEDEC SERVICE SRL

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării LP nr. **ocds-b3wdp1-MD-1550747874823** din 29.03.2019 privind "Achiziționarea articolelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2019", Vă comunică că conform **deciziei din 25.04.2019** oferta Dvs. pentru loturile de mai jos nu a fost acceptată din motivele ce urmează:

Lotul nr. 17 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK

Nu corespunde

1. Oceanus 14 are shaft proximal de 3.9, in caiet profilul mai mic de 3.6
2. Nu este din Nylon
3. nu este lungime de 20 si 210

Lotul nr. 19 Cateter periferic cu balon

Nu corespunde

lipseste lungime 20, 210

Oceanus 14 are shaft proximal de este mai mare de 1.24 (1.31)

Lotul nr. 20 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO

Nu corespunde oferta, nu este prezentată mostră în termenul solicitat.

Lotul nr. 29 Stent periferic expandabil pe balon

Nu corespunde

Virful conic

Presiunea nominala 10-12 (conditia nu mai mare de 8 atm.)

Scurtarea de lungime 3%

În contextul celor relatate, în temeiul art. 65 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 "privind achizițiile publice" oferta Dvs. pentru loturile de mai sus nu a fost acceptată din motiv că nu corespunde specificațiilor tehnice expuse în FDA.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director
Centru pentru Achiziții Publice
Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci