

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1741003195812 din 24.03.2025						
Obiectul achiziției : Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2025						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 20						
Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru aparatul radiologic portativ Italray XFM	XFM	Italia	Italray	Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnica si atestare de la producatorul utilajului.	Da, Profilaxia trimestrială a dispozitivului conform manualului de utilizare - Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Acces la regimul de service (reconfigurarea sistemelor). Inginerul de servis, va detine certificat de pregătire tehnica si atestare de la producatorul utilajului.	Certificate de training, AR
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011