

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1684504162285 din 19.05.23 din Serviciul achizitii publice
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2023 (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot.6 Cartuș de bicarbonat de sodiu, Sol-Cart B 760 g, bucăți (pentru aparatele Dialog, BBraun)	Farma-Bicart 760	Turcia	FARMACARB	Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu;	Cerințe tehnico-medice pentru săruri concentrate pentru hemodializă 1.Cerințe generale Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Formă de prezentare 2. Pentru aparatele tip Dialog, BBraun: - soluții concentrate în canistre și cartușe de bicarbonat de sodiu; Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da	CE, ISO

				Scop utilizare Hemodializă-bicarbonată Utilizare pentru hemodiafiltrare în regim on-line Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).	Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 3 Componentele obligatorii pentru soluțiile concentrate (Dialog, BBraun) Componentul de soluție concentrată acid, canistre, 10 litri Cartușe de bicarbonat de sodiu, 760 grame, Pentru aparatele Dialog pentru diluația cu apă de 1:34 (Na-138 mmol/l, K-2,0, Ca - 1,75 mmol/l, Gluozca 5,5 mmol/l (lg/l).	
Lot.8 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania) conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă	3451749C Piston pump	3451749C	Germania	B.Braun	3451749C Piston pump	CE, ISO, DOC
Lot. 9 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	3451413A Gear pump with magnet, without motor	3451413A	Germania	B.Braun	3451413A Gear pump with magnet, without motor	CE, ISO, DOC
Lot. 10 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	3451663A Motor	3451663A	Germania	B.Braun	3451663A Motor	CE, ISO, DOC
Lot. 11 Piese de schimb pentru aparatul de dializă Dialog (BBraun, Germania)	34516131 Pressure sensor – 660 mbar	34516131	Germania	B.Braun	34516131 Pressure sensor – 660 mbar	CE, ISO, DOC

Semnata: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadir-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21