

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1750255607628
Denumirea procedurii Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.16)

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 3						
Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B	STR-23	Turcia	TEK-BAL TIBBI CIHAZLAR SAN TIC STI	"Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu	Autoclav 21 -25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA Pag. 76 User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA Pag. 2 Product Specification Exterior Vopsit electrostatic rezistent la coroziuni DA Pag. 2 Product Specification Securitate la supraîncălzire DA Pag. 20 User Manual	CE/ DM000390467

				Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi	Securitate la suprapresiune DA Pag. 21 User Manual Alarmer acustică vizuală DA Pag. 85 User Manual Durata sterilizării reglabilă DA Pag. 47 User Manual Control Microprocesor DA Pag. 21 User Manual Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă DA Pag. 21 User Manual Uşa rămâne blocată până la finisarea procesului de sterilizare DA Pag. 49 User Manual Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit DA Pag. 46 User Manual Imprimanta DA Pag. 26 User Manual Afişaj alfanumeric DA Pag. 42 User Manual Ciclu de strilizare DA Pag. 75 User Manual Ciclu de presiune pozitivă DA Pag. 75 User Manual Ciclu de vacuum DA Pag. 75 User Manual Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata DA Pag. 82 User Manual Sistem de uscare DA Pag. 48 User Manual Facilităţi de setare timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 75 User Manual eliberare automată a vaporilor DA Pag. 26 User Manual Volum interior 23L Rafturi da, 3 tavi DA Pag. 2 Product Specification	
--	--	--	--	--	---	--

				Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz"	Regimuri de sterilizare 8 DA Pag. 32 User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA Pag. 19 User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Pag. 75 User Manual Înregistrator date DA Tip date data Timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 77 User Manual presiune DA Pag. 77 User Manual Capacitatea rezervorului de apă 4 l DA Pag. 32 User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA Pag. 32 User Manual	
LOT 5						
Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 1500L	YC-725L	China	Zhongke Meiling Cryogenics Co.,Ltd	"Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea internă a camerei în intervalul de 500–700 litri, cu o toleranță maximă de ±10% Număr de rafturi ≥ 6 Ușă Număr ≥ 2 Transparentă obligatoriu Mecanism blocare cu cheie Roți ≥ 4 Frâne ≥ 2 Lumină interior obligatoriu	"Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil DA Capacitatea internă a camerei 725 litri Număr de rafturi 12 Ușă Număr 2 Transparentă DA Mecanism blocare cu cheie DA Roți 4 DA Frâne 2 DA Lumină interior DA	DM000395539

				Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă +2°C ... +8°C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2°C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 55 dB"	Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazute pentru prelucrare DA (Declaratie de la producator atasata) Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă DA (Declaratie de la producator atasata) Afisaj temperatură digital DA Alarmer acustică vizuală DA Răcire ventilată DA Temperatura reglabilă +2°C ... +8 °C DA Omogenitatea/ uniformitatea termică ±1.3 °C (Declaratie de la producator atasata) Alimentare 220 V, 50 Hz DA Refrigerent fără CFC / HCFC DA, refrigerent R290 Zgomot 48.2 dB (Declaratie de la producator atasata)	
--	--	--	--	--	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău