

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei

Numărul achiziției comerciale: 21035031, ocds-b3wdp1-MD-1611576599912							Data: 18.02.2021	Alternativa nr.
Denumirea obiectului achiziției: Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2021							Lot:	Pag 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
10	33600000-6	HbsAg	HBsAg	China	WT	Cerinte generale si de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda ELISA	Set pentru determinarea HBsAg , 96 teste. Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
13	33600000-6	HCV sumar	HCV-Ab	China	WT	Cerinte generale si de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda ELISA	Set pentru determinarea HCV sumar , 96 teste. Metoda Elisa. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
28	33600000-6	Proba cu timol	Tymol-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerinte generale si Reactiv oncentrate pentru diluții în proporții 1:50 cu calibrator , flacoane cu volum de 5-15 ml, 3 fl în set, CE	Proba cu timol , (3fl x 11ml concentrat = 1500ml reagent gata de lucru), cu standard inclus în set. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
32	33600000-6	Test rapid pentru determinarea singelui ocult in materii fecale (IFOBT – Immunological faecal occult blood test)	FOB-F-Cart-DAC	Moldova	Dac-SpectroMed	Cerinte generale si Metoda calitativa de culoare, Materialul pt investing.- materii fecale. Setul va contine : dispozitivul de diagnosticare în formă de casetă cu banda/test imunocromatografic, tuburi colectoare pentru probe cu diluent, marcaj CE,nr.lot	Test rapid pentru determinarea sângelui ocult în materii fecale (IFOBT - Immunological fecal occult blood test).	ISO, CE.
34	33600000-6	Ac steril recoltare pentru sisteme de vacuum cu holder	Needle 21G	China	RMD	Cerinte generale si Ac steril de unica folosinta pentru recoltarea singelui sisteme vacuum la maturi	Ac steril de unică folosință pentru recoltarea sângelui cu sisteme vacum, la maturi. Conform specificației tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
39	33600000-6	Eprubete vacuum din plastic cu anticoagulant	Pediatric collection tube with capillary	China	RMD	Cerinte generale si (K3EDTA), volum de singe 100 mkl, (pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din singe periferic)	Eprubetă cu capilar cu K3EDTA pentru colectarea din deget a hemogramei- pentru investigații hematologice din sânge periferic, 500mkl. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
40	33600000-6	Eprubete 16x100 de 10 ml fara dop din masă plastică	test tube 16x100 mm 10 ml conical, without rim, graduated, in PP	Italia	FL	Cerinte generale si Gradata cu volum de 10 ml	Eprubete 16x100, vol. 10ml fără dop, din masă plastică, gradate, pentru centrifugare. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.
42	33600000-6	Eprubete pentru determinarea VSH de unica folosință	black cap, ESR,	China	Dong	Cerinte generale si Eprubeta vacuum pentru VSH compatibil pentru analizorul automat VSH „ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu eticheta, dimensiuni 9x120 mm	Eprubete pentru determinarea VSH de unică folosință, vacuum pentru VSH compatibile pentru analizorul automat VSH „ESR Analyzer LBX-XC 40”, volum 1,28 ml cu etichetă, dimensiuni 8x120mm. Conform specificării tehnice depline solicitate.	ISO, CE.

Semnat:_____

Numele, prenumele: **Roman Virschi**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2025, Moldova, or. Chișinău, str. N. Testemițanu, 37**

Data: 18.02.2021
Valabilitatea ofertei - 45 zile.