

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663335090661 din 12 oct 2022, 17:59 - 2 nov 2022, 16:59

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
331 000 0-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	BPR-5V118 + 8 cosuri	China	Biobase	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarma acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerant fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii: cosuri tip sertar, da	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO
331 000 0-1	3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	BPR-5V238 + 8 cosuri	China	Biobase	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frîna da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzute pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarma acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerant fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii: cosuri tip sertar, da	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO
331 000 0-1	4	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	BDF-86V160	China	Biobase	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600 Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura Parametru Specificația Configurație vertical Capacitatea internă a camerei 100-200 litri Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc. Ușa Externă min. 1 Mecanism blocare cu cheie Roți da Construcție interioară oțel inoxidabil Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO

						Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator Alarmerie acustică vizuală ușa deschisă lipsa curentului electric Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii limita minimă a temperaturii Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore Răcire ventilată sau statică Refrigerant fără CFC / HCFC Domeniu de temperatură -50°C .. -86 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Nivelul de zgomot ≤ 60 db		
331 000 0-1	8	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)	30723	Italia	Gima	"Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea câmpului luminos ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor ≥ 50 000 h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO
331 000 0-1	9	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	New Hospivac 350, RE 410356/54 + 15x filtre	Italia	Ca-Mi	"Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cod 130350 Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Specificația Limita maximă ≥ 670 mmHg Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min Indicator vacuum da, eroarea ≥ ±10% Reglator aspirație da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector ""În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector"" da Selector mecanic de vas da Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas da Vas tip reutilizabil da Suport ""Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare"" da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână da, ≥ 2 buc. Mâner pentru transportare da Accesorii Pedală de pompare/oprire a aspirației da ""Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz"" da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO
331 000 0-1	11	Butelii oxigen	0808920+0810 355	Grecia	Mobiak	V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO
331 000 0-1	13	Autoclav	BKQ-Z200H	China	Biobase	"Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclu de vacuum Încărcare orizontală Ușă- 1 Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit -da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printară a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 200 l, ± 20 l Rafturi minim 4-6 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	Conform anexei nr. 1 la Specificații Tehnice, Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**