

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: **28 febr 2020, 15:00 - 5 mart 2020, 15:00**
Licităția nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1582295778345**
Invitație la licitația nr.:
Alternativa nr.:
Către: **IMSP Institutul Mamei și Copilului (IMC)**

Biosistem-mld SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările nr.

b) Biosistem-mld SRL se angajează să furnizeze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și de formare a prețurilor, următoarele bunuri și/sau servicii

Utilaj medical

c) Suma totală a ofertei
fără TVA constituie:

18 869,57 lei**optsprezece mii opt sute șazeci și nouă lei și cincizeci și șapte bani**

d) Suma totală a ofertei
cu TVA constituie:

22 643,48 lei**douăzeci și două mii șase sute patruzeci și trei lei și patruzeci și opt bani**

e) Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade

f) În cazul acceptării prezentei oferte, Biosistem-mld SRL se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice

Semnat: _____

Nume: **Poiata Vitalie**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Biosistem-mld SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7**

Data: **28 febr 2020, 15:00 - 5 mart 2020, 15:00**

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:				ocds-b3wdp1-MD-1582295778345 din 28 febr 2020, 15:00 - 5 mart 2020, 15:00					
Denumirea procedurii de achiziție:				Utilaj medical					
Nr. Lot	Denumire Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aspirator chirurgical	33100000-1	Aspirator chirurgical	CLINIC PLUS SUCTION 2x4 l jar 230V with footswitch, flow regulator + 15 SPARE FILTER for HospiPlus	Italia	Gima	Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum: Limita minimă - 0 mm Hg; Limita maximă - ≥ 670 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum - Da, eroarea $\pm 10\%$ Reglator aspirație: Da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector. În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da Selector mecanic de vas: Da Numărul vaselor: 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da Vas tip reutilizabil: Da Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână Da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare Da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da	Aspirator chirurgical (performanță înaltă) utilizate pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametru Vacuum: Limita minimă - 0 mm Hg; Limita maximă - ≥ 675 mmHg; Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min; Indicator vacuum - Da, eroarea $\pm 10\%$ Reglator aspirație: Da Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA Vas colector. În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da Selector mecanic de vas: Da Numărul vaselor: 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L Protecție la umplere pentru fiecare vas: Da Vas tip reutilizabil: Da Suport: Container pentru amplasarea tubului deaspirare: Da Suport cu roțile ≥ 4 roți Roți cu frână Da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare Da Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației Da Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz Da Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Logistică Transportare la locul solicitat Da Instalare Da Training Da Cerințe față de furnizor Garanție 2 ani Documente Manual de utilizare Da, limba română Service manual Da	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7

Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1582295778345 din 28 febr 2020, 15:00 - 5 mart 2020, 15:00					
Denumirea procedurii de achiziție:					Utilaj medical					
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cod CPV	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1	Aspirator chirurgical	Aspirator chirurgical	33100000-1	1	buc	18 869,57	22 643,48	18 869,57	22 643,48	20 zile, la comanda cumpărătorului
TOTAL Oferta							18 869,57	22 643,48		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Poiata Vitalie

Ofertantul: Biosistem-mld SRL

În calitate de: Director

Adresa: mun.Chisinau, Albisoara 16/1 of.7