

Specificatii tehnice

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1754483548777 / 21464093 din 15.08.2025									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Testelor Rapide Antigen Covid-19 conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice _IMSP_pentru anul 2025								Pagina 1 din 1	
Cod CPV	Nr.lot	Denumire lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33100000-1	1	Test Rapid Antigen Covid-19	Test Rapid Antigen Covid-19	SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Nr.cat.INCP-502- N Caseta	China	All Test	"Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate: 97,56% - Rezultate rapide și fiabile ale testelor în doar 15 minute. - Testarea poate fi efectuată folosind probe nazo și orofaringiene. -Poate fi depozitat la temperatura camerei -Toate componentele testului - inclusiv tampoane sterile - sunt incluse. -Să nu există reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) și nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) - Specificitatea diagnosticului (97 – 100%). Ambalarea până la 25 teste în Cutie"	INCP-502-N SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test - Test caseta Ușor de folosit - Foarte sensibil cu încărcături virale ridicate : 97,3% Rezultate rapide și sigure a tetelor in 15 min Testarea poate fi efectuată folosind : 1. probe nazale 2. orofaringiene Poate fi depozitat la temperatura camerei Toate componentele testului incluse in set (tampoane sterile + buffer + test caseta) Nu exista reactivitate încrucișată cu coronavirusuri patogene umane (cum ar fi hCoV-229E, -HKU1, -NL63 și -OC43) si nici virusuri gripale (cum ar fi gripa A / B) Specificitatea diagnosticului - 99,9 % Ambalarea până la 20 teste în Cutie Nr.inregistrării la AMDM - DM000308808 Se anexează : CE , Conformity , Instrucțiune de utilizare	ISO, CE, Declaratie Conformity

Nume: Varman Irina În calitate de: Administrator

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, Dokucaev 6, of.61
semnat electron