



S.R.L.”Medlux Group”

MD-2028, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 23, of. 94 tel +373-22-60-47-57; GSM: +37360861505,

e-mail: medlux.group@gmail.com

Specificații tehnice (F 4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1646053054801 din 09.03.2022						
Obiectul achiziției: Reactive, reagenți, consumabile pentru laborator (sistem închis) pe parcursul anului 2022						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. nr. 10 Reagenți, calibratori și material de control pentru aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis). (Anexa nr. 17 la Ordinul MS Nr. 374 din 05.05.2014 Specificații standard pentru sisteme închise)						
M- 30D diluent 20L	M- 30D diluent	China	Mindray	Compatibil cu aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis) ”sau echivalentul”. Compoziție: Sodium Chloride- 3.0-5.5 g/L, Sodium Sulfate Anhydrous- 7.5-11.5 g/L, Bulfering Agents-1.0-3.0 g/L, Anti-fungal and Anti-bacterial Agents-0.8-2.5 g/L.	M- 30D diluent 20L pentru Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray Compoziție: Sodium Chloride- 3.0-5.5 g/L, Sodium Sulfate Anhydrous- 7.5-11.5 g/L, Bulfering Agents-1.0-3.0 g/L, Anti-fungal and Anti-bacterial Agents-0.8-2.5 g/L.	
M-30CFL LYSE 500ml	M-30CFL LYSE	China	Mindray	Compatibil cu aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis) ”sau echivalentul”. Compoziție:	M-30CFL LYSE 500ml pentru Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray Compoziție:	



S.R.L.”Medlux Group”

MD-2028, mun. Chişinău, str. Alba Iulia 23, of. 94 tel +373-22-60-47-57; GSM: +37360861505,

e-mail: medlux.group@gmail.com

				Quaternary Ammonium Salts <50g/L, Nonion Surfactant <15g/L, Isopropanol-0.1-1.5 mL/L, Ethanol <1.5 mL/L.	Quaternary Ammonium Salts <50g/L, Nonion Surfactant <15g/L, Isopropanol-0.1-1.5 mL/L, Ethanol <1.5 mL/L.	
PROBE CLEANSE R 50m	M-68 PROBE CLEANSE R	China	Mindray	Compatibil cu aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis)”sau echivalentul”. Compoziție: Surfactant ≤0,2%, Sodium hypochlorus ≤12%, Sodium hydroxide ≤5%.	PROBE CLEANSER 50 ml pentru Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray Compoziție: Surfactant ≤0,2%, Sodium hypochlorus ≤12%, Sodium hydroxide ≤5%.	
M -30 Material de control hematologic ,set 3x3.0ml	BC-3D Material de control	China	Mindray	Compatibil cu aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray, (sistem închis)”sau echivalentul”. Control 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H).	M -30 Material de control pentru Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray hematologic ,set 3 x 3.0ml Tri-pack (1L, 1N, 1H).	
Hîrtie Pentru termoprinter	Thermo paper			Hîrtie pentru termoprinter Compatibil cu aparatul ”Analizator Hematologic Automat BC- 20s, Mindray, (sistem închis)”sau echivalentul”.	Hîrtie Pentru termoprinter pentru Analizator Hematologic Automat BC-20s, Mindray	



S.R.L.”Medlux Group”

MD-2028, mun. Chișinău, str. Alba Iulia 23, of. 94 tel +373-22-60-47-57; GSM: +37360861505,
e-mail: medlux.group@gmail.com

Semnăt:_____ Numele, Prenumele Tugulea Valeriu În calitate de: Director executiv

Ofertantul: Medlux Group SRL Adresa: Str. Alba-Iulia 23, of 94, Mun. Chisinau