

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: 21022930 din 28.06.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Chituri diagnostice LDSA

Cod CPV	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine și caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacția de seroaglutinare rapidă (RSAR)	FA-47	SUA	CENOGENICS CORPORATION	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standardizată la OIEISS conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55. 1 flacon – 90-100 ml, 3000-3300 doze, în total 390000-429000doze, lichid. Aprovizionat cu consumabile de unică folosință pentru efectuarea reacției (plastine și bastoane) în cantitatea suficientă. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Produsul (setul) să fie standardizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Marcat de producător pentru uz veterinar.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standardizată la OIEISS conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55. 1 flacon – 100 ml, 3300 doze, în total 429000doze, lichid. Aprovizionat cu consumabile de unică folosință pentru efectuarea reacției (plastine de unică folosință de culoare albă, cu 6 cercuri fiecare plastină (testate de către producătorul Rose Bengal) și bastoane din lemn pentru amestecare) în cantitatea suficientă. Certificat, valabilitate la livrare 1 an.Produsul (setul) este standardizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă (manualul de utilizare, model certificat de analiză).Marcat de producător pentru uz veterinar. Instrucțiunea de lucru în limba de stat se atașează la oferta.	
7.1	Ser-control pozitiv brucelic	FC-48	SUA	CENOGENICS CORPORATION	1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul să fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 flacon x 1 ml, lichid. Certificat, valabilitate la livrare 1 an. Produsul să fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	
7.2	Ser-control negativ brucelic	FC-49	SUA	CENOGENICS CORPORATION	1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat.Produsul să fie	1 flacon x 1 ml; lichid .Produsul să fie fabricat	

					fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Certificat, valabilitate la livrare 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	
11	Set pentru determinarea cantitativa al elisa diagnostics pentru metronidazol (Competitive enzyme elisa diagnostics immunoassay for quantitative analysis of metronidazoles)	LSY-10048	China	LSY	Set pentru 96teste cu 6standarde (0; 0.05; 0.15; 0.45; 1,35ppb), Sensibilitatea 0,05ppb,limita de detectie 0,1ppb, acuratetea 100±15%, precizia c.v. al kitului nu mai mic de 10%, solutie imbogatita la 100 ppb Matrice: miere	Set pentru 96teste cu 6standarde (0; 0.05; 0.15; 0.45; 1,35ppb si 4.05 ppb), Sensibilitatea 0,05ppb,limita de detectie 0,1ppb, acuratetea 100±15%, precizia c.v. al kitului nu mai mic de 10%, solutie imbogatita la 100 ppb Matrice: miere	

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau