

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1745308759218 din 13.05.2025									
Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 – REPETAT 2									
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33600000-6	18	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67), ambalaj până la 100 teste	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67), ambalaj până la 100 teste	URS-2T-003	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de minimi 3 luni.	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni. Instrucțiunea de utilizarea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000803381
33600000-6	19	Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68), ambalaj până la 100 teste	Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68), ambalaj până la 100 teste	URS-1T-PRO	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de minim 3 luni	Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de 3 luni. Instrucțiunea de utilizarea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000803373
33600000-6	22	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80)	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80)	GBDOA-1X5	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri: MOR - MDMA - MAMP - COC - THC - AMP - BZO - BAR - PCP - MTD. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)	Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri: MOR - MDMA - MAMP - COC - THC - AMP - BZO - BAR - PCP - MTD. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel). Instrucțiunea de utilizarea se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450770
33600000-6	29	D-dimeri metoda Latex (reagent 4.137)	D-dimeri metoda Latex (reagent 4.137)	8.00.17.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	D-dimeri . Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=1-3 ml	D-dimeri . Metoda de determinare calitativa și semicantitativă latex reagent Lichid stabil gata p-u lucru . Plazma cu citrat ambalaj: Flacoane cu v=2 ml (100 teste). Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358148
33600000-6	30	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4.35)	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale (reagent 4.35)	8.14.19.1.0096	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detașabile , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specificitatea minim 95%.	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detașabile , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea 98,6% și specificitatea 95,4%. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358165

33600000-6	44	Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei (reagent 6.104)	Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei (reagent 6.104)	PACE-ID	Marea Britanie	MAST GROUP LTD.	Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set până 48 de teste	Kit p/u detectarea rapida a carbapenemazei (echivalent cu Mast Carba PAcE), Set de 48 de teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778746
33600000-6	46	Mediu Pizu (reagent 6.119)	Mediu Pizu (reagent 6.119)	M314-500G+FD073 (12fl.-500gr)	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - pînă la 0,5 kg	Tipul reagentului - Anhidru Ambalaj - 0,5 kg. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000440087+DM000440475
33600000-6	49	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin(MIC Strip Colistin) (reagent 6.136)	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la Colistin(MIC Strip Colistin) (reagent 6.136)	EM020 - 10ST/30ST	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,25-16 mcg/ml. Ambalarea până la 50 teste	Panel cu godeuri pentru testarea sensibilității la colistină cu metoda microdiluției în bulion. Cu concentrația de la 0,016-256 mcg/ml. Ambalarea de 10 teste/30 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000448858
33600000-6	51	Netilmicin (reagent 6.142)	Netilmicin (reagent 6.142)	SD085	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de până la 100 discuri	Netilmicin cu 10 mcg de antibiotic, Flacoane de 50 discuri. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000449712
33600000-6	56	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.185)	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac (reagent 6.185)	DD040	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare până la 50 teste	Teste pentru determinarea indolului cu reactiv Covac ambalare de 50 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000448715
33600000-6	59	X Y factor (reagent 6.199)	X Y factor (reagent 6.199)	DD022	India	HIMEDIA LABORATORI ES PVT. LTD.	X Y factor, discuri ambalate până la 50 în cutie	X Y factor, discuri ambalate de 50 în cutie. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000448725
33600000-6	62	Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49)	Set pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (reagent 6.49)	D64C	Marea Britanie	MAST GROUP LTD.	Set de discuri compus din : ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe 50-150 discuri.	Set de discuri compus din : ceftazidim 30mcg, ceftazidim 30 mcg+Ac.clavulanic 10mcg Set+ pentru detectarea beta-lactamazelor cu spectru extins la enterobacterale (echivalent cu Combi-Test), în cartușe - 150 discuri. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000778773
33600000-6	66	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6.82)	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor (reagent 6.82)	8.00.13.0.0300	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură (echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de până la 25 teste	Test rapid de aglutinare cu latex pentru gruparea streptococilor din grupele Lancefield A, B, C, D, F și G din plăci de cultură (echivalent cu.HiStrept Latex Test Kit), set de 50 teste. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000358147

33600000-6	67	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore (reagent 6.84)	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore (reagent 6.84)	DD032+M011-100G	India	HIMEDIA LABORATORIES PVT. LTD.	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore de până la strip 25/ambalaj	Indicator biologic Bacillus stearothermophilus spore de strip 25/ambalaj. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Certificat de Calitate (DD032), Nr. de înregistrare în Registrul de Stat (M011) - DM000439997 , Certificat ISO
33600000-6	72	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) în materii fecale prin metoda cromatografică + toxina A+B (reagent NEW)	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) în materii fecale prin metoda cromatografică + toxina A+B (reagent NEW)	GCCD-602a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) în materii fecale prin metoda cromatografică + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) în materii fecale prin metoda cromatografică + toxina A+B la clorhidrium Deficile. Ambalarea de 20 teste în set. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450691
33600000-6	75	Strip-test la troponina I în ser (3.98)	Strip-test la troponina I în ser (3.98)	GDTRO-402b	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%	Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea 98,6 % (valoarea cut-off), specificitatea 99,7 %. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000450645
33600000-6	87	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (4.136)	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA (4.136)	K214	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul “+”și “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul “+”și “-” , calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea de la producător se anexează.	Nr. de înregistrare în Registrul de Stat - DM000651079

Semnat:_____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9