

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

Numărul licitației:		LP nr. 21173394 /MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1685795950363				Data: 22,03,2024	Alternativa nr.: _- _	
Denumirea licitației:		Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru laboratorul clinico-biochimic, conform necesităților pentru anul 2024, IMSP SCM Gheorghe Paladi				Lot: cele enumerate	Pagina: 1 din 4	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2			4	5	6	7	8
3698000-9		Lot 2 Determinarea grupei sanguine						
	1	Toliclon Anti-A – de două serii	Toliclon Anti-A – de două serii	Rusia	Mdiclon	Flacon amb.5-10 ml	Flacon amb.10 ml	
	2	Toliclon Anti-B – de două serii	Toliclon Anti-B – de două serii	Rusia	Mdiclon	Flacon amb.5-10 ml	Flacon amb.10 ml	
	3	Toliclon Anti-D –IgM/IgG	Toliclon Anti-D –IgM/IgG	MB	Lorne	Flacon amb.5-10 ml	Flacon amb.10 ml	
	4	Toliclon Anti-D –IgM	Toliclon Anti-D –IgM	Rusia	Mdiclon	Flacon amb.5-10 ml	Flacon amb.10 ml	
	5	Toliclon anti Kell super	Toliclon anti Kell super	Rusia	Mdiclon	Flacon amb.5-10 ml	Flacon amb.10 ml	
		Lot 9 Necesitățile de reactive pentru analizoare ionoselective EASY LYTE K/Na/Cl și K/Na						
	9.1	Soluție pack EasyLyte K/Na/Cl (inclusiv microcip de detecție)	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, (inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	SUA	Medica Corp.	800 ml	2121, CE Marca	CE Marca
	9.2	Daily Rinse Cleansing Solution Kit K/Na /Cl	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , 100 ml	SUA	Medica Corp.	100 ml	2118, CE Marca	CE Marca
	9.3	Medica Quality Control 3 Level (low, normal, high)	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High) 3niv. x 10ml	SUA	Medica Corp.		2815, CE Marca	CE Marca
	9.4	Electrod K	Electrod K	SUA	Medica Corp.		2101, CE Marca	CE Marca
	9.5	Electrod Na	Electrod Na	SUA	Medica Corp.		2102, CE Marca	CE Marca
	9.6	Electrod Cl	Electrod Cl	SUA	Medica Corp.		2113, CE Marca	CE Marca
	9.7	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	SUA	Medica Corp.		2104, CE Marca	CE Marca
	9.8	Valva pentru dozarea reagentului , serului și deșeurilor	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	SUA	Medica Corp.		2108, CE Marca	CE Marca
	9.9	Membrane de asamblare	Membrane assembly	SUA	Medica Corp.		2258, CE Marca	CE Marca

9.10	Electrod de referință	Electrod de referință	SUA	Medica Corp.		2103, CE Marca	CE Marca
9.11	Internal filing solution	Internal filing solution	SUA	Medica Corp.		2492, CE Marca	CE Marca
9.12	Detector de probă	Detector de probă	SUA	Medica Corp.		2257, CE Marca	CE Marca
Lot 10 Reactivi si consumabile pentru Analizatorul Biochimic Automat Selectra Pro M							
10.1	ASAT (GOT)	AST/GOT 4+1 SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5*125ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.2	ALAT (GPT)	ALT/GOT 4+1 SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5*125ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.3	Albumina (Albumin)	Albumin	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*125ml + std, Marcaj: CE	CE Marca
10.4	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase)	ALP (DEA) SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	4*62,5ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase)	alfa-Amylase SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*50ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.6	Bilirubina totală (Total Bilirubin)	Total Bilirubin	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*100ml + 1*25ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin)	Direct Bilirubin	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	1*100ml + 1*25ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.8	Calciu (Calcium)	Calcium arsenazo	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*125ml + std, Marcaj: CE	CE Marca
10.9	Cholesterol total	Cholesterol SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	4x250ml, cu std, CE	CE Marca
10.10	Creatinina (Creatinine)	Creatinine Jaffe	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*125ml + std, Marcaj: CE	CE Marca
10.11	Gamma-GT (Gamma-GT)	Gamma-GT Plus SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	4*50ml +2*26ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.12	Gluczoza (Glucose)	Glucose PAP SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	4*250ml +std, Marcaj: CE	CE Marca
10.13	Fier (Iron)	Iron Ferene	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*100ml+1*50ml+std, Marcaj: C	CE Marca
10.14	LDH (LDH)	LDH-L SL	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*50ml+1*26ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.15	Proteina Totală (Total Protein)	Total Proteine Plus	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*125ml+std, Marcaj: CE	CE Marca
10.16	Uree (Urea)	Urea UV	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5*100ml+1*127ml+std, Marcaj: CE	CE Marca
10.17	CRP cantitativ	CRPIP cantitativ	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5ml+2*25ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.18	CRP Calibrator	CRPi Calibrator	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5*1ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.19	CRP control	CRPI control 1/2	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	2*1ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.20	multicalibrator biochimic	Elical 2	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	3ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.21	ser uman de control normal	Elitrol I	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.22	Ser uman de control patologic	Elitrol II	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	5ml, Marcaj: CE	CE Marca

10.23	concentrated system liquid 1000 ml,compatibil cu Selectra PRO M	Solutie de sistem aconcentrata	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	1000ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.24	soluție acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M	Soluție acida	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	1000ml, Marcaj: CE	CE Marca
10.25	rotor pentru cuveta ,(3rotori în set)compatibil cu Selectra PRO M	rotor pentru cuveta	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	3 rotori în set, Marcaj: CE	CE Marca
10.26	Cuva pentru ser(1000 unit/amb)compatibil cu Selectra PRO	Cuva pentru ser	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	1000 unit/amb, Marcaj: CE	CE Marca
10.27	eprubeta compatibilă cu Selectra PRO M de 5 ml (13 X 75)	eprubeta PS de 5 ml (13x75mm)	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	Marcaj: CE	CE Marca
10.28	flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	flacoane butelii p/u reagent 10 ml	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	Marcaj: CE	CE Marca
10.29	flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	flacoane butelii p/u reagent 25 ml	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	Marcaj: CE	CE Marca
10.30	Maintenance kit Yarly Pro M/EL200,6003-383	Maintenance kit Yarly Pro M/EL200, 6003-383	Franta	Elitech	conform caietului de sarcini	Kit de mentenanta anuala. Marcaj: CE	CE Marca
10.31	Sammple Needle unit, 6002-007	Sammple Needle unit, 6002-007	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.32	Filter IFL 340,3067-340 Vital	Filter IFL 340,3067-340 Vital	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.33	MCB II Assy, 6003-375, Vital	MCB II Assy, 6003-375, Vital	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.34	Reagent Needle unit, 6002-046	Reagent Needle unit, 6002-046	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.35	Valve bloc p/u PRO-M, 3066-072	Valve bloc p/u PRO-M, 3066-072	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.36	Valve 3-WAY 12VDC/4W, 3366-920	Valve 3-WAY 12VDC/4W, 3366-920	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
10.37	Timingbelt 80T/T2, 5/200, 3064-016,	Timingbelt 80T/T2, 5/200, 3064-016,	Tarile de Jos	ELITech/ VitalScient	conform caietului de sarcini	compatibil cu Selectra PRO M	CE Marca
	Lot 11 Reactive pentru analizatorul hematologic 5 DIFF RUBI Cell Dyn Abbott						
11.1	Diluent sheath 20 l ABBOTT	Diluent sheath 20 l ABBOTT	SUA	ABBOTT Lab.	Diluent sheath 20 l ABBOTT	Diluent sheath 20 l ABBOTT	CE Marca
11.2	Soluție HGB NC LYSE 3,8 l	Soluție HGB NC LYSE 3,8 l	SUA	ABBOTT Lab.	Soluție HGB NC LYSE 3,8 l	Soluție HGB NC LYSE 3,8 l	CE Marca
11.3	Solutie WBC LYSE 3,8 l	Solutie WBC LYSE 3,8 l	SUA	ABBOTT Lab.	Solutie WBC LYSE 3,8 l	Solutie WBC LYSE 3,8 l	CE Marca
11.4	Enzyme cleaner CD 100 ml	Enzyme cleaner CD 100 ml	SUA	ABBOTT Lab.	Enzyme cleaner CD 100 ml	Enzyme cleaner CD 100 ml	CE Marca

	11.5	Set de control Abbott H/N/L	Set de control Abbott H/N/L	SUA	ABBOTT Lab.	Set de control Abbott H/N/L (câte 2 eprubete de trei nivele)	Set de control Abbott H/N/L (cate 2 eprubete de trei nivele)	CE Marca
	11.6	CellDyn Reticulocitereagent 100 teste	CellDyn Reticulocitereagent 100 teste	SUA	ABBOTT Lab.	Cell Dyn reticulocite reagent 100 teste (100 tub x3,7 ml, ABBOTT)	Cell Dyn reticulocite reagent 100 teste (100 tub x3,7 ml, ABBOTT)	CE Marca
	11.7	Kit mentenanțăAbbott Cell Dyn Rubi	Kit mentenanțăAbbott Cell Dyn Rubi	SUA	ABBOTT Lab.	Kit mentenanțăAbbott Cell Dyn Rubi	Kit mentenanțăAbbott Cell Dyn Rubi	CE Marca
	11.8	Flow Cell RBC, WBC	Flow Cell RBC, WBC	SUA	ABBOTT Lab.	Flow Cell RBC, WBC	ASSY, WBC FLCL CDRUBY, '8921145203	CE Marca
	11.9	One Way Valve	One Way Valve	SUA	ABBOTT Lab.	One Way Valve	FTG TBG VLV CHECK .125"DUCK BI,	CE Marca
	11.10	Solenoid Valve	Solenoid Valve	SUA	ABBOTT Lab.	Solenoid Valve	ASSY, SOLV 5KG LGE BLK W/WSHR, 8921122002	CE Marca
	11.11	Shesr valve unit	Shesr valve unit	SUA	ABBOTT Lab.	Shesr valve unit	ASSY, SHEAR VALVE DRVR, ROHS, 8921204904	CE Marca

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: _mun.Chișinău, str.Albisoara 64/2