

SPECIFICATIA TEHNICA

Numărul licitației:		LP nr. 21093951					Data: „16 octombrie 2023			
Denumirea licitației:		Achiziționarea articolelor parafarmaceutice și reagenților întru realizarea Programului Național de Transplant 2024(Banca de tesuturi si celule umane)					Lot: _____		Pagina: 1 din 3	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2		3		4	5	6		7	8
3310000 0-1	14	Mediu pentru transportare și conservare corneee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.	Mediu pentru transportare și conservare corneee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.	TIS 001-00 ,Tissue-C media for corneal culture at 31° C,100 ml,set-12 fl+Corneal/Loat+12 CFD,GPS DM000401403 , DM000401267	Italia	Alchimia	Mediu pentru transportare și conservare corneee, volumul 70-100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Mediu pentru transportare și conservare corneee, volumul 100ml, în flacon de sticlă, cu dop suplimentar, ambalat separat, steril, cu siguranță contra deschiderii.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalajva coincideîn mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO	
3310000 0-1	15	Mediu de transport pentru corneee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare corneee la +40C	Mediu de transport pentru corneee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare corneee la +40C	CTC 001-01 -Corneal Chamber containig EUSOL-C with Donor Eye Caps ,20 ml,set-12 fl+12DEC, DM000401270	Italia	Alchimia	Mediu de transport pentru corneee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare corneee la +40C Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Mediu de transport pentru corneee – Eusol C, 20 ml, steril, pentru păstrare corneee la +4°C.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalajva coincideîn mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO	
3310000 0-1	16	Mediu pentru detumescență corneee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii	Mediu pentru detumescență corneee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii	CAR 001-00 Carry-C media for corneal deturgescence and transport at room temperature ,50 ml,set-12 fl, DM000401404	Italia	Alchimia	Mediu pentru detumescență corneee, volumul 30-50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Mediu pentru detumescență corneee, volumul 50ml, în flacon de sticlă, cu dop de rezervă, ambalat separat, steril cu siguranță contra deschiderii.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalajva coincideîn mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO	

3310000 0-1	21	Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril	Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril	Fluid Thioglycollate Medium 100 tubes* 10 ml Code 26124 DM000039676	Italia	Liofilchem	Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, flacoane, 10-20 ml, ambulate separate, conținut steril .Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Mediu lichid, Tioglicol, pentru testare bacteriologică, tuburi, 10 ml,conținut sterilDate de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO
3310000 0-1	33	Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml	Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml	2120/SG ,150 ml Urine Containers,in PP vol. 150 ml, Ø 58x72 mm, graduated urine container w/red screw cap on and writing surface - sterile, ind. wrapped DM000415519	Italia	Aptaca	Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml 1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu etichetă pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml . Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Container pentru urină (steril) cu capac 150 ml1.Volum TOTAL: 150 ml 2.cu loc pentru marcare 3.steril 4.cu capac cu înfiletare maximă ce împiedică scurgerea lichidelor 5. Volum Gradat (marcat) până la 100-120 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO
3310000 0-1	34	Eprubetă cu gel clot activator, volum de sânge, volum sânge 8-10 ml, cu eticheta	Eprubetă cu gel clot activator, volum de sânge, volum sânge 8-10 ml, cu eticheta	2661/E/TB ,Polypropylene test tubes with separating silicone gel + clot accelerator,in PP Ø 16x100 mm for 10 ml of blood, red cap, with labe DM000419780	Italia	Aptaca	Eprubetă cu gel clot activator, volum de sânge, volum sânge 8-10 ml, cu eticheta.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului. Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Eprubetă cu gel clot activator, volum de sânge 10 ml.cu etichetă;Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO
3310000 0-1	35	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml	2107,BLOOD COLLECTING TUBES , K3 EDTA,in 16 x 100 mm cylindrical test tubes, for 10 ml blood DM000419679	Italia	Aptaca	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 8-10 ml Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Eprubete cu anticoagulant K3/ EDTA pentru colectare sânge, 10 ml.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO

38	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml	640603,Serological Pipettes, PS, 5ml, Dnase & Rnase free.,sterile, DM000422004	China	Boen	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului	Pipete serologice, sterile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 5ml.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO
39	Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml	Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml	640604,Serological Pipettes, PS, 10 ml, Dnase & Rnase free.,sterile, DM000422005	China	Boen	Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Pipete serologice, terile, din plastic, apirogenice, testate pentru lucru cu culturi celulare, ambalate separat 10 ml .Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO
41	Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.	Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.	661802,ryovial Tube with External Threadi,round bottom sterile, gradata la 1,8ml DM000422028	China	Boen	Criotuburi, sterile, volum 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	Criotuburi, sterile, gradata la 1,8ml pentru crioconservare ser, pentru seroteca.Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj va coincide în mod obligatoriu cu cele de pe eticheta produsului . Termenul de valabilitate restant(la momentul livrării) va constitui 80% din termenul total al produsului.	CE,ISO

Semnat: _____

Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi

În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.