

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 , din: 10 ian 2022, 10:00 - 31 ian 2022, 10:00								
Denumirea licitației: Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022(repetat).								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumire Bunuri solicitate	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
6	33100000-1	Introducer 6-9F de tip “peel-away”	Peel-apart Desilet 1146.04 1146.05 1146.06 1146.07 1146.08 1146.09 1146.10 1146.12 1146.14	Franta	Vygon	"Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – nu mai scurt de 11 si nu mai lung de 15 cm, diametru intre 6-10F (inclusiv). trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	"Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – nu mai scurt de 7-14 cm, diametru intre 4-14F (inclusiv). Corespunde codului ofertat este disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	CE/ISO
7	33100000-1	Set introductor pentru punctie venei centrale scurt	Radifocus® Introducer II Standard Kit R RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	"Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu diametru intern intre 6 si 8F (inclusiv) cu valva hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi intre 40-50 cm de tip J cu diametre de 0,035; sau 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilataorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. trebuie sa corespunda codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	"Lungimea canulei utile de la 10 cm (inclusiv), cu diametru intern intre 6 si 8F (inclusiv) cu valva hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi intre 40-50 cm de tip J cu diametre de 0,035; sau 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilataorul, ghidul si inclusiv acul vor fi intr-un suport de plastic pentru o mai usoara spalare a acestora inainte de procedura. Posibilitatea de a se cere si teci cu marker radiopoac exact in extremitatea distala. Corespunde codului ofertat si sa fie disponibil in dimensiunile propuse de producator, autoritatea contractanta la solicitarea dispozitivului va indica diametru si dimensiuni al dispozitivului ce urmeaza a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solictare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	CE/ISO
10	33100000-1	Set introductor pentru punctie venei femurala scurt	Radifocus® Introducer II Standard Kit R RS+R40K10MQ RS+R50N10MQ	Belgia	TERUMO EUROPE N.V.	"Lungimea canulei utile de la 10 la 12 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie	"Lungimea canulei utile de la 10 cm (inclusiv), cu ID de 6, 7, 8 F cu valve hemostatica, pentru abord femoral se vor livra cu miniguide wire de otel inoxidabil sau de nitinol/platinum cu lungimi de 40, 50 cm de tip J cu diametre de 0,035; 0,038; ac de punctie (18G), introducătorul, dilataorul,	CE/ISO

			RS+R60N10MQ RS+R70N10MQ RS+R80N10MQ RS+R90N10MQ			(18G), introducătorul, dilatatorul, ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopoac exact în extremitatea distală. trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibil în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea dispozitivului va indica diametrul și dimensiuni ale dispozitivului ce urmează a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solicitare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	ghidul și inclusiv acul vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălare a acestora înainte de procedura. Posibilitatea de a se cere și teci cu marker radiopoac exact în extremitatea distală. trebuie să corespundă codului oferit și să fie disponibil în dimensiunile propuse de producător, autoritatea contractantă la solicitarea dispozitivului va indica diametrul și dimensiuni ale dispozitivului ce urmează a fi livrat conform codului contractat. Prezentarea mostrelor, la solicitare obligatoriu pentru a fi testate intraoperator.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** în calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **str. N. Testemițanu 17/6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**