

Specificații tehnică							
	Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1710420942814						
	Obiectul achiziției: Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2024						
Nr. Ord	Denumire Bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 4 Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru angiograf						
4,1	Servicii de mentenanta si deservire tehnica pentru Angiograful Innova IGS 520	Angiograf Innova IGS 520	Franta	GE Healthcare	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenții care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operațiuni generale, operațiuni mecanice, operațiuni la partea electrică și electronică, reparare - inlaturarea neconformitatilor. In caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Monitorizare sistem in regim 24/24 ore. Piese de schimb nu sunt incluse.	ISO 9001

4,2	Servicii de mentenanta si deservire tehnica pentru Angiograful Optima CL323i	Angiograf Optima CL323i	Franta	GE Healthcare	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenții care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operațiuni generale, operațiuni mecanice, operațiuni la partea electrică și electronică, reparare - inlaturarea neconformitatilor. In caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Monitorizare sistem in regim 24/24 ore. Piese de schimb nu sunt incluse.	ISO 9001
4,3	Servicii de mentenanta si deservire tehnica pentru Angiograful IGS5	Angiograf Innova IGS 5	Franta	GE Healthcare	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Servicii de profilaxie, revizie si reparatie - 2 intervenții care includ: - controlul prin verificare a echipamentului , - operațiuni generale, operațiuni mecanice, operațiuni la partea electrică și electronică, reparare - inlaturarea neconformitatilor. In caz de defectiune, in cazul în care este posibil, defectiunea va fi remediată pe loc de inginerul delegat. Dacă însă, defectiunea prezintă o complexitate avansată, fiind necesar să se înlocuiască eventuale piese, acestea vor face obiectul unei oferte ulterioare. Monitorizare sistem in regim 24/24 ore. Piese de schimb nu sunt incluse.	ISO 9001
Lotul 15 Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru mașina de spălat instrumente STELCO DC600							
15,1	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru mașina de spălat instrumente STELCO DC600	STELCO DC600			conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	ISO 9001
Lotul 16 Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru autoclavul Nuve 100							
16,1	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru autoclavul Nuve 100	OT100V	Turcia	NUVE	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Mentenanță preventivă și corectivă, calibrare, testare, trimestrială a dispozitivului. Oferta nu include: Piese normare și speciale ale echipamentului.	ISO 9001

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: "Intermed-Service" SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2