

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1654499161438 din 14.07.2022								
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță a echipamentelor medicale								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	Analizator BC-5000 Auto Hematologic set reagent	Deservirea utilajului medical (BC-5000)	-	-	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostiche. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostiche. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	ISO, CE
2	Analizator automat pentru investigatii biochimice A-25	Analizator automat pentru investigatii biochimice A-25	Deservirea utilajului medical (A-25)	-	-	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostiche. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	Servicii solicitate: Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor: - 2 revizii pe an obligatoriu; - intervenție la cerere, la necesitate Piese depistate a fi defecte se achiziționează separat Lucrări efectuate în timpul reviziei: 1. Diagnostiche. 2. Curățarea sub-camerelor, camerele de măsurare, stația de spălare și ace, înlocuirea filtrelor. 3. Verificarea aportului probei. 4. Monitorizarea funcționării unității de pompare a seringii. 5. Curățarea stației de spălat. 6. Verificarea funcțiilor de pompare, evacuare și curățare. 7. Verificarea circuitului electric. 8. Verificarea ecranului senzorilor. 9. Calibrarea în caz de defecțiune 10. Înlocuirea unităților (pieselor) care nu funcționează și repararea, dacă este necesar	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Poata Vitalie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SRL Biosistem mld** Adresa: **str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău**