

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1735640532441						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
3310000 0-1	312	Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar)	Seringă de irigare a vezicii urinare (suplimentar)	4133507DQ	Italia	Endomed	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	Seringă de irigare a vezicii urinare cu conector, inox și sticlă, autoclavabilă, volum 200 ml	DM000700685
3310000 0-1	350	Set gastrostomă 20FR (1470)	Set gastrostomă 20FR (1470)	PEG-20+SN+SC	Elvetia	Marflow	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 20FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	DM000372443
3310000 0-1	352	Set gastrostomă 24FR (1472)	Set gastrostomă 24FR (1472)	PEG-24+SN+SC	Elvetia	Marflow	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	Set de gastrotomie percutană endoscopică. Cu manșetă circulară silicon cu diametru 24FR. Lungime - 40cm (+-3cm)	DM000372445
3310000 0-1	416	Stent biliar 10FR (1636)	Stent biliar 10FR (1636)	401001007+0 411017	Germania	MTW-Endoscopie	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 10FR	DM000436732+DM000436625
3310000 0-1	417	Stent biliar 7FR (1633)	Stent biliar 7FR (1633)	400701007+0 410717	Germania	MTW-Endoscopie	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 7FR	DM000436732+DM000436625
3310000 0-1	418	Stent biliar 8,5FR (1635)	Stent biliar 8,5FR (1635)	400801007+0 410817	Germania	MTW-Endoscopie	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	Stent biliar. Obligatoriu: dotate cu pucher, teflon, diametru 8,5FR	DM000436732+DM000436625
3310000 0-1	423	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar)	Stent biliar PVC-diametru 8,5-11,5 Fr, cu sistem de amplasare. (suplimentar)	TPU-Stent+INTRODUCER SYSTEMS „JET-SET“ AND „QUICK-SET“+Ghid 003946	Germania	MTW-Endoscopie	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	Stent biliar PVC, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm pusher)	DM000436732+DM000436625 + DM000436616
3310000 0-1	424	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	Stent biliar TEFLON-diametru 8-11,5 Fr, cu sistem de amplasare (suplimentar)	PTFE-Stent+INTRODUCER SYSTEMS „JET-SET“ AND „QUICK-SET“+Ghid 003946	Germania	MTW-Endoscopie	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	Stent biliar teflon, diametrul 8,5-11,5Fr, lungimea 5-16cm-dupa cerințe, cu sistem de amplasare (cateter-cu conector pentru introducerea agentului de contrast, ghid tip "zebra"-0,35-nu mai scurt de 400,0cm puser)	DM000436732+DM000436625 + DM000436616
3310000 0-1	428	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar)	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (suplimentar)	BD-Stent: 019-10A 31/25/31-080	Cehia	Ella-CS	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 8-12 săptămâni, radiopac, diametrul 1,0-2,5cm, lungime 4-12cm	Stent biodegradabil pentru stricturi benigne și achalazie (biliare, esofagiene, bronhiale, la solicitate)-perioada de degradare 11 săptămâni, radiopac, diametrul 2,5cm, lungime 8cm	DM000428312

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Durllesti, str. Vasile Lupu 6