

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocbs-b3wdp1-MD-1663947437572/21064395 din 01.10.2022
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 2						
Aspirator chirurgical avansat	SA01HT	Turcia	Elmaslar	Aspirator chirurgical (performanță avansată). Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Aspiratorul chirurgical este capabil să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Caracteristici tehnice: Limita maximă ≥ 670 mmHg. Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min. Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$. Reglator aspirație.	Aspirator chirurgical (performanță avansată) Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Aspiratorul chirurgical este capabil să creeze o presiune de vid > 600 mmHg Caracteristici tehnice: Limita maximă 700 mmHg Broșura SA01HT Rata de flux, l/min. 60 l/min Broșura SA01HT Indicator vacuum da, eroarea $\pm 5\%$ Broșura SA01HT Reglator aspirație da Broșura SA01HT	ISO/CE

			Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA. Vas colector. În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector . Selector mecanic de vas. Numărul vaselor 2 buc. Capacitatea, L ≥ 4 L. Protecție la umplere pentru fiecare vas. Vas tip reutilizabil. Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea. Suport cu roțile ≥ 4 roți. Roți cu frina da, ≥ 2 buc. Mîner pentru transportare. Accesorii: Pedală de pornire/oprire a aspirației. Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz. Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz. Anul producerii 2022. Documente: proces-verbal de	Nivelul de zgomot, dBA 50 dBA Manual de utilizare pagina 11 Broșura SA01HT Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da Broșura SA01HT Selector mecanic de vas da Broșura SA01HT Numărul vaselor 2 buc. Broșura SA01HT Capacitatea, L 5 L Broșura SA01HT Protecție la umplere pentru fiecare vas da Broșura SA01HT Vas tip reutilizabil da Broșura SA01HT Suport Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirarea da Broșura SA01HT Suport cu roțile 4 roți Broșura SA01HT Roți cu frina da, 2 buc. Broșura SA01HT Mîner pentru transportare da Broșura SA01HT Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da Broșura SA01HT "Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da Broșura SA01HT Filtru de unică utilizare 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz Broșura SA01HT Anul producerii 2022. Documente: proces-verbal de	
--	--	--	---	---	--

				predare-primire, proces- verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.11.2022.	predare-primire, proces- verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 3 ani), certificat de calitate și conformitate, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română. Obligațiuni: servicii de montare, darea în exploatare. Data livrării nu mai târziu de 30.11.2022.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____

Numele, Prenumele:Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: Î.M. “Dutchmed-M” S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, bd. Decebal 76, of. 807