

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1639730651421](#) din 17 decembrie 2021

Obiectul de achiziției: Consumabile și piese de schimb pentru dispozitive medicale, anul 2022

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Prize de O2 sub conector de tip DIN	3776187	Israel	Silbermnn	Prize de O2 sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată	Prize de O2 sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată	CE, ISO
Prize de Aer sub conector de tip DIN	3776188	Israel	Silbermnn	Prize de Aer sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată	Prize de Aer sub conector de tip DIN, cu instalare și montare în pendante la rețeaua centralizată	CE, ISO
Conector pentru priza de O2, tip DIN	Oxigen probe DIN 13260-2	Germania	Schoenn	Conector pentru priza de O2, tip DIN	Conector pentru priza de O2, tip DIN	CE, ISO
Conector pentru priza de Aer, tip DIN	Air probe DIN 13260-2	Germania	Schoenn	Conector pentru priza de Aer, tip DIN	Conector pentru priza de Aer, tip DIN	CE, ISO

Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip vechi), vol. $\geq$ 700 ml	S10-130-200	Germania	Schoenn	Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. $\geq$ 700 ml	Oxigenator (barbotor), [umidificator + flowmetru] cu conector de tip DIN (tip nou), vol. 500 ml	CE, ISO
---	-------------	----------	---------	--	---	---------

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Stanislav Vasilița În calitate de: Administrator

Ofertantul: Rio-Medical SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Sciusev 16, of 6