

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1652361942896 din 20.05.2022

Obiectul achiziției: Utilaj rabia LABORATORUL LDSA

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Congelator	ULT200	Turcia	Esmas	Conform caietului de sarcini	<p>Aplicație de laborator  Volumele camerei de testare de la 250 - 300 L  Camere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistente la coroziune  Configurare - pe roțile  Numărul de uși-1 ușa  Interval de temperatură max. -20 °C , min. -80 °C  Gazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)  Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu viteză  Posibilitatea calibrării și validării  Precizia setării temperaturii: 0,1 °C  Precizia setării umidității: 0,5% - <b>NU</b> (Nota: setarea umidității este caracteristica camerelor climaterice și nu congelatoarelor. Obiectul achiziției este congelator și nu camera climaterica )  Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2  Interfețele de comunicare: USB  Sistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: da DOAR PENTRU TEMPERATURA  Conexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz  <b>Cerințe de certificare:</b>  Termen de garanție: - 24 luni  Instalare completă și instruire pentru produs oferit  La momentul livrării inclus manual de operare  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător</p>	
					<p>Dimensiuni: 1610-1800 mm x 600mm x 592 mm  Volum: 260 l</p>	

Frigider	EKT-B 250	Turcia	Esmas	Conform caietului de sarcini	rafturi din metal Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă Panou de control ușor de utilizat Afișaj digital al temperaturii Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme ușor deschise în standard Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe. Dezghetare complet automata Ușă cu cheie <b>Cerințe de certificare:</b> Termen de garanție: -24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare  Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător	
----------	-----------	--------	-------	------------------------------	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau