

Specificații tehnice						anexa 22		
						din 21.12.2021		
Numărul licitației: 21047181								Alternativa nr.
Denumirea licitației: privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare pentru cabinetul de cardiologie intervențională, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „ Timofei Moșneaga” Și IMSP Institutul Neurologie și Neurochirurgie pentru anul 2022 Conform necesitatilor CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE						Lot: conform listei solicitate		Pagina 1din 1
Valuta, lei MDL								
Codul CPV		Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lotul 35						
33100000-1		Set inflator cu manometru tip A	42.04.40052	China	SCW Medcath Ltd	Conține - Contine: - seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare introducer pentru ghid de angioplastie 0.014". 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Ușor de umflat chiar și la temperaturi ridicate Presiunea este eliberată rapid Designul umanizat modificat se potrivește confortabil atunci când funcționează. Volumul (ml) 20 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cm și stopcock) manometru până la 30atm Setul sa contina si torquerul si introducerul	CE
		Total lot 35						
		Lotul 38						
33100000-1		Set seringă pentru angiomat model Illumina avut in dotare	42.16.20003	China	SCW Medcath Ltd	Rezistenta la presiune nu mai putin de 1200 psi, din polipropilen de calitate inalta, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspiratiei si scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminarii, conectare la toate standardele Luer posibile. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	Corp transparent Oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla, poate vedea bule de aer și mediu de contrast Poate fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică O mare varietate de seringi, s-ar putea potrivi cu atât de multe injectoare Folosit pentru CT & DSA: Angiomat Illumena Volum (ml) 150	CE
		Total lot 38						
		Lotul 49						
33100000-1		Robinete	42.05.40000 42.05.40001	China	SCW Medcath Ltd	Sistem tripolar cu tre cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril. 1.Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura electronica; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata semnătură electronică 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. Certificat ISO 9001 si CE de la producător 5. prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	COLECTORUL - Trei porturi 500 PSI Lumen intern mare (2,3 mm diametru) Ușor de ratat Fără latex „ON"Dreaptă cu adaptor rotativ, 3 porturi „OFF” pentru dreapta cu adaptor rotativ, 3 porturi	CE
		Total lot 49						
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23