

Certificado de Análisis
Certificate of Analysis

Producto
Product INGEZIM BLV CONFIRMATION

Referencia
Reference 12.BLV.K1

Nº DE LOTE
Batch n 240132

Fecha de caducidad
Expiration date 12-2025

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifica que este lote ha sido validado por el Departamento de Calidad y es conforme a sus especificaciones.

GOLD STANDARD DIAGNOSTICS MADRID certifies this batch has been approved by the Quality Department and that it conforms to its specifications.

CONTROL DE CALIDAD
QUALITY CONTROL

DO ± σ

	Ag Positivo	Ag Control
Valor de D.O. del suero Control Positivo <i>O.D. Value of the Positive Control serum</i>	1,550 ± 0,014	0,104 ± 0,005
Valor de D.O. del suero Control Negativo <i>O.D. Value of the Negative Control serum</i>	0,064 ± 0,005	0,044 ± 0,002
Valor de D.O. del suero Internacional de Referencia E5 1/100 <i>O.D. value of International Reference serum E5 1/100</i>	1,316	0,050

FIRMA
SIGNED




CARGO
TITLE

Responsable de Control de Calidad
Quality Control Manager

Responsable de Garantía de Calidad
Quality Assurance Manager

FECHA
DATE

20/08/2024

22/08/2024

Este producto tiene hojas de seguridad disponibles bajo solicitud.
Material Safety Data Sheets are available upon request.