

Specificații tehnice

Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1780642536130 / 21628652					Data: „12” iunie 2026	
Denumirea licitației:			Servicii de mentenanță a dispozitivelor medicale						
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
5040 0000 -9	8	Mentenanță Ventilator pulmonar SV650 Mindray	Mentenanță Ventilator pulmonar SV650 Mindray	115-110150-00 + MOX-3	China	Mindray	<p>Servicii solicitate:</p> <p>Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 revizie pe an obligatoriu; - Intervenție la cerere, la necesitate; <p>Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; - Revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; - Curățarea părților componente ale echipamentului; - Curățarea tubului; - Verificarea mA și kV; - Verificarea timpului de scanare; - Performanța imaginii; - Auto calibrarea; - Controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - Eliminarea jocurilor la părțile metalice; - Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - Verificarea tensiunilor de alimentare; - Verificarea conexiunilor electrice; - Verificarea cablurilor de masă; - Curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - Verificarea funcționării motoarelor; - Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - Verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - Reparația componentelor, la necesitate. 	<p>Kit de mentenanță de 1 an pentru SV600/650/800/850, P/N: 115-110150-00 + Senzor de oxigen MOX3</p> <p>Lucrările incluse: Instalarea kitului, calibrarea și testarea performanțele ventilatorului cu testerul FlukeBiomedical VT650.</p> <p>De asemenea:</p> <p>Deservirea și repararea sistemului, fără costul pieselor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 revizie pe an obligatoriu; - Intervenție la cerere, la necesitate; <p>Piesele depistate a fi defecte se achiziționează separat</p> <p>Lucrări efectuate în timpul reviziei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verificarea și măsurarea parametrilor funcționali; - Revizia tehnică, cu efectuarea reglajelor și calibrărilor; - Curățarea părților componente ale echipamentului; - Curățarea tubului; - Verificarea mA și kV; - Verificarea timpului de scanare; - Performanța imaginii; - Auto calibrarea; - Controlul și eventual o nouă reglare a aparatului; - Eliminarea jocurilor la părțile metalice; - Curățarea și gresarea părților mecanice aflate în mișcare; - Verificarea tensiunilor de alimentare; - Verificarea conexiunilor electrice; - Verificarea cablurilor de masă; - Curățarea plăcilor electronice, precum și a altor componente; - Verificarea funcționării motoarelor; - Verificarea ventilatoarelor, pompelor, etc; - Verificarea componentelor pneumatice (acolo unde este cazul); - Reparația componentelor, la necesitate. 	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Sveatoslav Prodan

În calitate de: Director

Ofertantul: I.M. "Dutchmed-M" S.R.L.

Adresa: mun. Chisinau, str. Grenoble 21, of. S108