

Specificatii de pret

Anexa 22

Numărul LP :ocds-b3wdp1-MD-1644829213217	Data:22.03.2022	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2022	Lotul:17,18	

N	Cod CPV	Denumirea	Modelul articolului	Tara de origine	Produ cator	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar d de referinta
17	33696500-0	Teste pentru determinarea singelui ocult in masele fecale	SN 3.7	Romania	Camp medica	Teste iFOBT(fit) (imunochimic). Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Teste iFOBT(fit) (imunocromatografic). Set trebuie să conțină testul caseta, tuburi cu solutie bufer de diluarecu pipeta, instructiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	CE

18	33696500-0	Teste pentru determinarea H. pylori Ag în masele fecale	SN 2.2	Romania	Camp medica	Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conțină testul caseta, pipeta, tuburi de colectare a probei cu solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Metoda imunocromatografica. Set trebuie să conțină testul caseta, tuburi cu pipeta si solutie bufer de diluare, instructiunea de utilizare pe limba de stat și sa includa o procedura de control intern. Timpul de testare 10-15 minute. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	CE
----	------------	---	--------	---------	-------------	---	--	----

Semnat: _____ Numele, prenumele: C.Lazari În calitate de: manager
Ofertantul : IM „Becor” SRL Adresa: str.Calea Orheiului 111/5