

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ACM nr. [ocds-b3wdp1-MD-1717583457634/21233781](#) din 13 iunie 2024

Denumirea procedurii de achiziție: *Achiziție cu costuri mici:* **Consumabile pentru aparatul de Ozonoterapie- Herrmann Apparatebau GMmbh**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Sisteme de Autohemotransfuzie majoră Medozon	MEDOZON I-SET, 300ML (850.02)	Spania	OIARSO S. COOP	- Compatibile cu aparatul de ozonoterapie Herrmann Apparatebau GMmbH (Hab Herrmann). - Tub de lungimea 150 cm din PVC sau latex non toxic cu capăt distal cu filtru. - Cu recipient de 200-300 ml.	- Compatibile cu aparatul de ozonoterapie Herrmann Apparatebau GMmbH (Hab Herrmann). - Tub de lungimea 150 cm din PVC sau latex non toxic cu capăt distal cu filtru. - Cu recipient de 300 ml.	DM000391636
Citrat de Natriu 3,13 %	PPS NATRIUM CITRICUM 3.13%, FIOLE 10 X 10 ML (50200100)	Germania	MEDIPAC GMBH	- Fiole a câte 10 ml de Citrat de Na de 3,13 %	Fiole a câte 10 ml de Citrat de Na de 3,13 %	DM000391645

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Șarco Alexandru În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: MD-2071, mun. Chișinău, str. Durlești,4