

Specificații Tehnice pentru Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1725027075046 / 21273121	din 02 octombrie 2024
Obiectul de achiziție: Achiziția Dispozitivelor medicale lista suplimentară conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2024	

Cod CPV/	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	26	Electroterapie cu 4 canale	Electroterapie cu 4 canale	Therapic 9400	Italia	EME	<p>Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Ecran dimensiune ≥ 9 inch, color, touch-screen Canale independente ≥ 4 buc. Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadynamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu Semnal stimulare CC si CV Intensitate maxima curent ≥ 120mA Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min Alarma finalizare tratament obligatoriu Librarie de protocoale interne de tratamant ≥ 200 protocoale Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 100 programe Port USB sau analogic Tensiune 220V, 50 HZ Accesorii (, să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. Electrod electroterapie 4 buc. Troleu dispozitiv 1 buc. Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p>	<p>Conform cerințelor Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Broșura, Catalog, TDS Ecran dimensiune Graphic colour 320x240 px Touch & Scroll Broș. Pag.1 Canale independente ≥ 4 buc. Broș. Pag.1 Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Cat. Pag.1 Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadynamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert) Calcul automat al reobazei, cronaxiei - obligatoriu DA Semnal stimulare CC si CV Broș. Pag.1 Intensitate maxima curent 100mA TDS Pag.1 Timpul de tratament diapazon minim 60 min TDS. Pag.1 Alarma finalizare tratament obligatoriu DA Librarie de protocoale interne de tratamant 200 protocoale Broș. Pag.1 Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 126 programe TDS. Pag.2 Port USB sau analogic Da Tensiune 220V, 50 HZ Da Accesorii (, să se indice codurile produselor oferite) Cabluri bipolare 4 buc. sînt incluse în set Electrod electroterapie 4 buc. sînt incluse în set Troleu dispozitiv 1 buc. cat.no. ACSL007 Cerințe: Anul producerii minim 2023-24 Garanție minim 24 luni Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție Manuale de utilizare limba romana sau rusa Manual de service limba engleza, rusa sau romana Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică. Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p>	CE, ISO DM000661276

Cod CPV/	Nr.lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1		2	3	4	5	6	7
33100000-1	27	Electroterapie cu 2 canale	Electroterapie cu 2 canale	Therapic 9200	Italia	EME	<p>Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform.</p> <p>Ecran dimensiune ≥ 5 inch, color, touch-screen</p> <p>Canale independente ≥ 2 buc.</p> <p>Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu</p> <p>Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadynamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert)</p> <p>Calcul automat al reobazei, cronaxiei – opțional</p> <p>Semnal stimulare CC si CV</p> <p>Intensitate maxima curent ≥ 120mA</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 1-60 min</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratamant ≥ 100 protocoale</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator ≥ 50 programe</p> <p>Port USB sau analogic</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ</p> <p>Accesorii (, să se indice codurile produselor oferite)</p> <p>Cabluri bipolare 2 buc.</p> <p>Electrod electroterapie 2 buc.</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc.</p> <p>Cerințe:</p> <p>Anul producerii minim 2023-24</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție</p> <p>Manuale de utilizare limba romana sau rusa</p> <p>Manual de service limba engleza, rusa sau romana</p> <p>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.</p> <p>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p>	<p>Conform cerințelor</p> <p>Electroterapie: Destinat să asigure efect terapeutic asupra corpului uman cu un câmp magnetic alternativ neuniform. Broșura, Catalog, TDS</p> <p>Ecran dimensiune Colour graphic 320 x 240 pixel touch scroll</p> <p>Canale independente ≥ 2 buc. Broș. Pag. 1</p> <p>Tipuri de curenti: TENS – obligatoriu Cat. Pag. 1</p> <p>Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex.Galvanic, diadynamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenti, Trabert)</p> <p>Calcul automat al reobazei, cronaxiei – opțional</p> <p>Semnal stimulare CC si CV Broș. Pag. 1</p> <p>Intensitate maxima curent 100 mA TDS Pag. 1</p> <p>Timpul de tratament diapazon minim 60 min TDS. Pag. 1</p> <p>Alarma finalizare tratament obligatoriu DA</p> <p>Librarie de protocoale interne de tratamant 200 protocoale Broș. Pag. 1</p> <p>Posibilitatea de creare a programelor de tratament de catre utilizator 126 programe TDS. Pag. 1</p> <p>Port USB sau analogic Da</p> <p>Tensiune 220V, 50 HZ Da</p> <p>Accesorii (, să se indice codurile produselor oferite)</p> <p>Cabluri bipolare 2 buc. sînt incluse în set</p> <p>Electrod electroterapie 2 buc. sînt incluse în set</p> <p>Troleu dispozitiv 1 buc. cat.no. ACSL007</p> <p>Cerințe:</p> <p>Anul producerii minim 2023-24</p> <p>Garanție minim 24 luni</p> <p>Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție</p> <p>Manuale de utilizare limba romana sau rusa</p> <p>Manual de service limba engleza, rusa sau romana</p> <p>Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică.</p> <p>Training pentru personal tehnic Ajustarea, calibrarea, înlăturarea defecțiunilor minore, parole de acces după caz.</p>	CE, ISO DM000661275

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"ECHIPAMED - PLUS" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**