

### Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1743770980371 din 04.04.2025

Obiectul achiziției: servicii de deservire a utilajului medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lot 7.</b> Autoclav Raypa AES-75 nr.36390	Servicii de Diagnostic AES-75	Spania	Raypa	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (CSP Cahul)	Servicii de diagnostică, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului (CSP Cahul)	
<b>Lot 19.</b> Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen și injector automatic, nr. US 13453036, 2014	Deservire GC 7980B	SUA	Agilent	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (CSP Cahul)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului (CSP Cahul)	

<b>Lot 25.</b> Gaz-cromatograf:Agilent 7890B, nr.7890BE 13433085, a.f. 2013	Deservire GC 7980B	SUA	Agilent	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (CSP Bălți)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului (CSP Bălți)	
<b>Lot 50.</b> Sterilizator cu abur (Autoclav) AES-110 RAYPAAES 110 with 3x CV75 заб. №43400, 2022	Deservire AES-110	Spania	Raypa	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (CSP Comrat)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului (CSP Comrat)	
<b>Lot 64.</b> Lichid cromatograf Agilent 1260 Infinity (cu detectori Fluorescent, DAD, Refractometric), nr. DEAA201979	Deservire LC 1260 Infinity	SUA	Agilent	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (LICH)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului (LICH)	
<b>Lot 65.</b> Lichid cromatograf Hewlet Pachart1100, Nr.72005002	Deservire LC HP 1100	SUA	Agilent	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului.( LICH)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului ( LICH)	
<b>Lot 70.</b> Gaz cromatograf Agilent 7980 cu TD-100	Deservire GC 7980 cu TD-100	SUA	Agilent	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului.( LICH)	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului, cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului ( LICH)	
<b>Lot 86.</b> Hotă biologică BO-150-PP, Nr. 22-456487 și 22-456489	Servicii de Diagnostic	Republica Moldova	Lokmera	Servicii de diagnostică, mentenanță, totul conform documentației tehnice a aparatului,	Servicii de diagnostic pentru 2 Hote biologice de model BO-	

				<p>cu prezentarea listei pieselor și consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a aparatului. (LM)</p>	<p>150-PP. Serviciile vor include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inspecția vizuală a echipamentului și elementelor componente</li> <li>- Testarea funcționalității componentelor mecanice</li> <li>- Testarea funcționalității componentelor electronice</li> <li>- Verificarea ajustării automate a fluxului de aer</li> <li>- Verificarea elemntelor de protecție și semnalizare</li> <li>- Verificarea elementelor cu caracter de consumabil (lampa UV, Filtrele)</li> <li>- Eliberarea raportului cu referire la starea echipamentului și recomandări referitoare la necesitatea de schimb a consumabilelor sau elementelor defecte (după caz).</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Nicolai Iasibaș** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **Lokmera S.R.L.** Adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu 9