

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1622190433440

Piese de schimb (etapa II) REPETAT

Denumirea licitației: IMSP Spitalul Clinic Republican, „Timofei Moneaga”

Data: 15 07 2021

Lot: _____

Pagina:
__ din __

Cod CP V	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		7	8
3 0 3 0 1 0 0 - 0 1	1,1	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.1 Carcasă din inox pentru filtru	PSCFJ10PS	China	Darlly	Sistem pentru conectarea filtrului de 0.45 microni între linia de apă dispozitiv, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	Sistem pentru conectarea filtrului de 0.45 microni între linia de apă dispozitiv, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	CE, ISO
3 0 3 0 1 0 0 - 0 1 0	1,2	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.2 Cartuș filtrare 0.45 μm	PAA0045J10S	China	Darlly	Cartuș filtru 0.45 microni, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	Cartuș filtru 0.45 microni, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	CE, ISO
3 0 3 0 1 0 0 - 0 1 0	1,3	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.3 Filtru 0,2 mK Soluscope SI	A1094	Franța	Soluscope	Filtru 0.2 microni, valabil 90 zile, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut, Ref: A1094; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	Filtru 0.2 microni, valabil 90 zile, presiunea de lucru 4 bari, temperatura maximă de lucru 48°C, asigurarea fluxului 9 litri/minut, Ref: A1094; Toate piesele să fie compatibile între eleși cu dispozitivul de spălare și dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope;	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlești mun. Chisinau

Specificații tehnice (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1622190433440

Piese de schimb (etapa II) REPETAT

Denumirea licitației: IMSP Spitalul Clinic Republican,,Timofei Moneaga”

Data:15 07 2021

Alternativa nr.: _____

Lot: _____

Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
1	2			3	4	5	6	7	8	9
2 4 4 5 5 8 0 0 0 -	1,1	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălareși dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.1 Carcasă din inox pentru filtru	bucată	4	4 500,00	5 400,00	18 000,00	21 600,00	pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării
2 4 4 5 5 8 0 0 0 -	1,2	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălareși dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.2 Cartuș filtrare 0.45 µm	bucată	48	1 450,00	1 740,00	69 600,00	83 520,00	pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării
2 4 0 4 0 5 - 5 8 0	1,3	Lot 1. Set de filtre apă pentru dispozitivul de spălareși dezinfectare a endoscoapelor Serie 1, Soluscope	Lot 1.3 Filtru 0,2 µm Soluscope S1	bucată	68	3 900,00	4 680,00	265 200,00	318 240,00	pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării
TOTAL LOT								352 800,00	423 360,00	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durleşti mun. Chisinau