

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1698240588644 din 03.11.2023									
Denumirea procedurii de achiziție: Teste indicatoare									
Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2. Test indicator 121°C - (20 min. universal)	buc	10000	0,205	0,2214	2050,00	2214,00	La comandă, după necesități, în termen de 10 zile după efectuarea comenzii, pe parcursul anului 2024	
2	4. Test indicator 180°C - (60 min. interne)	buc	3000	0,205	0,2214	615,00	664,20		
	TOTAL					2665,00	2878,20		

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1698240588644 din 03.11.2023							
Denumirea procedurii de achiziție: Teste indicatoare							

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2. Test indicator 121°C - (20 min. universal)	STERILAN UP 121/20// STERILAN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	121°C(20 min. universale)	121°C(20 min. universale)	DM00037 6507 DM00037 6502
2	4. Test indicator 180°C - (60 min. interne)	STERILAN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	180°C (60 min. interne)	180°C (60 min. interne)	DM00037 6509

Numele, Prenumele: **Vladimir Rotari**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: „**Med-M**” SRL Adresa: **MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia**