

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1638865969407					Data: 16/01/2022	Alternativa nr.: __
Denumirea licitației:		Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			4	5	6	7	8
33600000-6	27	Cearșaf chirurgical u/f 240x140cm steril	Cearșaf chirurgical 240x140cm de unică folosință, Model – 601-001-S.	Turcia	Zeyni Medikal Tekstil Insaat San. Ve Tic. LTD. STL.	Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorrepelent, nu mai puțin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) buc	Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorrepelent, nu mai puțin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.	Declarație de conformitate CE ISO 13485
33600000-6	28	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă	Cearșaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă Model - 201-001-S	Turcia	Zeyni Medikal Tekstil Insaat San. Ve Tic. LTD. STL.	Material nețesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala)	Material nețesut 5 straturi SSMMS , nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Minim 6 orificii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.	Declarație de conformitate CE ISO 13485
33600000-6	29	Cearșaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare și pungă pentru colectarea separabilului	Cearșaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare și pungă pentru colectarea separabilului Model - 901-003-S	Turcia	Zeyni Medikal Tekstil Insaat San. Ve Tic. LTD. STL.	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hirtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala)	Material nețesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puțin de 3 ani.	Declarație de conformitate CE ISO 13485

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chișinău, str-la Burebista 23