



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN
SĂNĂTATE

MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Korolenko 2/1, tel./fax: 022 884 245, e-mail:office@capcs.md

Nr. 1002-1486 din " 13 " 04 2019

ORTOFIX SRL

ortofix.moldova@gmail.com

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale în cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1550741222707 din 29.03.2019 privind "Achiziționarea centralizată de cristaline (implanturi oftalmologice) conform necesităților IMSP pentru anul 2019", Vă comunică că oferta Dvs. nu a fost acceptată din motivele după cum urmează:

Poz. 1 – modelul oferat nu are 4 puncte de fixare;

Poz. 3 – modelul oferat nu are suport, constanta A solicitată este de 118,2, s-a oferit 118,0;

Poz. 4 - modelul oferat nu corespunde după parametrul indice de refracție: solicitat 1,55, s-a oferit 1.56; Constanta A solicitată 118,4, s-a oferit 118,5;

Poz. 9 – modelul oferat nu corespunde după parametrul Haptica 13 mm, s-a oferit 12,5mm; Indice de refracție solicitat 1,55, s-a oferit 1,49; Constanta A solicitat 118,7 , s-a oferit 118,5;

Poz. 15 - modelul oferat nu corespunde după parametrul Haptica 13 mm, s-a oferit 12,5mm; Indice de refracție 1,55, s-a oferit 1,49; Constanta A solicitată 118,7, s-a oferit 118,5;

Poz. 16 – modelul oferat nu are suport și nu corespunde după parametrul constanta A solicitat 118,2, oferit 118,0.

Astfel, oferta Dvs. pentru pozițiile sus menționate nu a fost acceptată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) - oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire.

Vă mulțumim pentru participare.

Cu respect,

Director

Centrul pentru Achiziții Publice

Centralizate în Sănătate

Ivan Antoci